

仕 様 書

品 名	内視鏡手術システム		
仕 様	◎以下の銘柄を納品すること。		
	メーカー名	型 式	数量
	オリンパス	・IR内視鏡スターターセット 内訳は別紙1のとおり。	1式
	○納品時の動作確認に必要な消耗品類を含めること。 ○仕様書に示す製品を納入すること。 ○本装置の設置に当たり、既存装置の移設が必要なため、次のとおり対応すること。 ① 4K3Dディスプレイ装置を内視鏡専用手術室7に設置すること。また内視鏡専用手術室に4Kに対応の配線をする。 ② 内視鏡専用手術室7の既存3Dディスプレイ装置を内視鏡対応手術室9に2枚移設。その際、調達品の高荷重対応モニタースプリングアームに付け替え天吊り運用とし、一枚は調達品のキャスターに取り付けて運用する。 ③ 調達品の内視鏡カートのうち1台は手術室3から降ろした内視鏡装置を乗せ、もう一台は既存の内視鏡装置のカートと入れ替え、既存の内視鏡カート2台およびディスプレイ1台を撤去すること。 ○手術室3で取り外した3D内視鏡装置は手術室4、8、9のI映像端子に接続することで天吊りディスプレイで3D表示されること。また3Dで映らない場合はそのための部材を用意し対策すること。 ○各室に設置・移設する装置は、別紙2及び別紙3のとおり据付及び調整を行うものとし、作業に当たっては、病院の指示に従い実施すること。 ○モニター設置に必要なコネクションピースはスプリング機構であること。		
納 入 場 所	埼玉県北足立郡伊奈町大字小室780 埼玉県立がんセンター 指定場所 【 3階 手術室 】		
納 入 期 限	令和3年10月29日(金) ※ただし、具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする。		
納 入 条 件 等	1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。 4 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品する物品は新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。		