

【別紙 1】IR内視鏡システムセット 内訳

No	品名	型式	数量
1	VISERA ELITE II ビデオシステムセンター	OTV-S300	1
2	VISERA ELITE II 高輝度光源装置	CLV-S200-IR	1
3	HD 3CMOS カメラヘッド (オートクレープ 対応)	CH-S200-XZ-EA	1
4	赤外対応高解像光学視管30° 径10mm	WAIR130A	1
5	ライトガイド	WA03310A	1
6	コンパクトトリ-	TC-C4コンパクトトリ- セット1	2
7	ENDOEYE FLEX 3D先端湾曲ビデオスコープ	LTF-S300-10-3D	1
8	ENDOEYE 硬性ビデオスコープ トレイ無し	WA50042A	1
9	高速気腹装置	UHI-4	1
10	排煙用フットスイッチ	MAJ-1939	1
11	3G-SDIケーブル (8.5m)	MAJ-2016	1
12	滅菌トレイ (カメラヘッド / ライトガイド)	M-8620-004	1
13	3Dビデオスコープ 用滅菌トレイ	M-7583-3D-JS	1
14	硬性ビデオスコープ 用滅菌トレイ	M-7583-END-1	1
15	炭酸ガスホース (1M)	C02H010100	1
16	炭酸ガスホース (7M)	C02H010700	1
	<u>【手術室3直配線4K化】</u>		
17	手術室3 12G SDI対応配線費 (3枚)	-	1
18	手術室3 4Kコンバーター	-	4
	<u>【手術室2直配線4K化】</u>		
19	手術室2 12G SDI対応配線費 (1枚)	-	1
20	手術室2 4Kコンバーター	-	1
	<u>【手術室7モニター更新&直配線4K化】</u>		
21	手術室7モニター更新作業プログラム変更費用	-	1
22	手術室7 12G SDI対応配線費	-	1
23	手術室7 4Kコンバーター	-	4
24	31インチ 4K3Dモニター	LMD-X310ST	3
25	特型クレーンアーム搭載モニタースタンド	特注 *1	1
26	L型液晶保護パネル	特注 *1	3
27	スプリングアーム及びアーム調整費用*2	-	1

*1 ・32インチ及び13kg程度の映像モニターの取付けが可能であること。
・アーム機能を搭載しており、モニターの角度や位置の調整が簡易であること。
・キャスターを有しており、移動が可能なこと。
・アームは32インチモニターを付けた状態で180度回転できる機能を有すること。

*2 詳細は、次項「(別表) スプリングアーム及びアーム調整費用について」をあわせて参照すること。
(手術室7・手術室9のモニタ設置・移設に関わるアーム内配線・モニタ専用アダプター・アダプターBOX・コネクションボックス・特殊ケーブル・ハントル等を含む)

(別表) スプリングアーム及びアーム調整費用について

No	品名	型式	数量
	<u>①手術室3映像線再配線作業</u>		
1	モニターA映像線再配線	-	1 式
2	手術室2・3・8モニター落下防止対応作業費	-	8 式
	<u>②モニターアーム改修作業</u>		
	【手術室7】	-	
3	モニターアダプター	4K3Dモニター用	3 台
4	アダプターボックス	4K3Dモニター用	3 台
5	コネクションピース	チルト機能付(スプリング機構)	3 台
6	特殊ダブルハンドル	-	3 台
7	モニター落下防止対応作業費	-	3 式
	【手術室9】		
8	モニターアダプター	3D/HDモニター用	2 台
9	アダプターボックス	3D/HDモニター用	2 台
10	コネクションピース	チルト機能付(スプリング機構)	2 台
11	特殊ダブルハンドル 2台	-	2 台
12	スプリングアーム	VP3000(23-30kg)	2 台
13	モニター落下防止対応作業費	-	2 式
	<u>③手術室7→9 3D/HDモニター移設に伴う映像配線工事</u>		
14	通線・映像線端末処理	-	1 式
15	動作確認・調整費	諸経費含む	1 式
16	デジタルアーツ製コンバーター	XC-2	2 台