

仕 様 書

品 名	(治験用)薬用冷蔵ショーケース							
仕 様	◎以下のいずれかの銘柄の薬用冷蔵ショーケース及び付属品を納品すること。							
	【銘柄1】							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="343 392 614 414">メーカー名</th> <th data-bbox="614 392 1260 414">ショーケース及び付属品 型式</th> <th data-bbox="1260 392 1380 414">数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="343 414 614 817">日本フリーザー</td> <td data-bbox="614 414 1260 817"> ※以下に記載のフリーザー及び付属品を1式とする(①から③)。 ①日本フリーザー 薬用冷蔵ショーケース 1台 ・型番:NC-ME100EC ②チノ 監視機能付無線カメラMD8000(送信機)サーミスタ外付 1台 ・型番:MD8101-500 ③チノ 取付ホルダー磁石タイプ 1個 ・型番:MD9021 チノ 上記取付設置後のトレーサビリティ証明書 ・型番:SPN-223 </td> <td data-bbox="1260 414 1380 817">2式</td> </tr> </tbody> </table>	メーカー名	ショーケース及び付属品 型式	数量	日本フリーザー	※以下に記載のフリーザー及び付属品を1式とする(①から③)。 ①日本フリーザー 薬用冷蔵ショーケース 1台 ・型番:NC-ME100EC ②チノ 監視機能付無線カメラMD8000(送信機)サーミスタ外付 1台 ・型番:MD8101-500 ③チノ 取付ホルダー磁石タイプ 1個 ・型番:MD9021 チノ 上記取付設置後のトレーサビリティ証明書 ・型番:SPN-223	2式	
メーカー名	ショーケース及び付属品 型式	数量						
日本フリーザー	※以下に記載のフリーザー及び付属品を1式とする(①から③)。 ①日本フリーザー 薬用冷蔵ショーケース 1台 ・型番:NC-ME100EC ②チノ 監視機能付無線カメラMD8000(送信機)サーミスタ外付 1台 ・型番:MD8101-500 ③チノ 取付ホルダー磁石タイプ 1個 ・型番:MD9021 チノ 上記取付設置後のトレーサビリティ証明書 ・型番:SPN-223	2式						
【銘柄2】								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="343 884 614 907">メーカー名</th> <th data-bbox="614 884 1260 907">ショーケース及び付属品 型式</th> <th data-bbox="1260 884 1380 907">数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="343 907 614 1265">PHC</td> <td data-bbox="614 907 1260 1265"> ※以下に記載のフリーザー及び付属品を1式とする(①から③)。 ①PHC 薬用冷蔵ショーケース 1台 ・型番:MPR-1014 ②チノ 監視機能付無線カメラMD8000(送信機)サーミスタ外付 1台 ・型番:MD8101-500 ③チノ 取付ホルダー磁石タイプ 1個 ・型番:MD9021 チノ 上記取付設置後のトレーサビリティ証明書 ・型番:SPN-223 </td> <td data-bbox="1260 907 1380 1265">2式</td> </tr> </tbody> </table>	メーカー名	ショーケース及び付属品 型式	数量	PHC	※以下に記載のフリーザー及び付属品を1式とする(①から③)。 ①PHC 薬用冷蔵ショーケース 1台 ・型番:MPR-1014 ②チノ 監視機能付無線カメラMD8000(送信機)サーミスタ外付 1台 ・型番:MD8101-500 ③チノ 取付ホルダー磁石タイプ 1個 ・型番:MD9021 チノ 上記取付設置後のトレーサビリティ証明書 ・型番:SPN-223	2式		
メーカー名	ショーケース及び付属品 型式	数量						
PHC	※以下に記載のフリーザー及び付属品を1式とする(①から③)。 ①PHC 薬用冷蔵ショーケース 1台 ・型番:MPR-1014 ②チノ 監視機能付無線カメラMD8000(送信機)サーミスタ外付 1台 ・型番:MD8101-500 ③チノ 取付ホルダー磁石タイプ 1個 ・型番:MD9021 チノ 上記取付設置後のトレーサビリティ証明書 ・型番:SPN-223	2式						
<p>○ 納品時の動作確認に必要な消耗品類を含めること。</p> <p>○ 仕様書に示す製品を納入すること。</p> <p>○ 搬入・据付に当たっては、不要となる現有品を撤去すること。</p> <p>○ 温度計等の付属品及び薬用冷蔵ショーケースを設置のうえ、トレーサビリティ証明書を発行すること。</p>								
納 入 場 所	埼玉県北足立郡伊奈町小室780 埼玉県立がんセンター 指定場所 【 医薬品倉庫(治験薬保管庫) 】							
納 入 期 限	令和3年9月30日(木) ※ただし、具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする。							
納 入 条 件 等	<ol style="list-style-type: none"> 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により現状回復させること。 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 納品する物品は新品であること。 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。 							