

## 超電導磁気共鳴診断装置保守点検業務委託仕様書

- 1 対象備品名及び数量  
今回調達する超電導磁気共鳴診断装置及び周辺機器 一式  
※周辺機器のうち発注者が他社製の機器を指定している機器を除く。
- 2 設置場所  
本館棟1階 MRI室
- 3 業務内容
  - (1) 定期点検

ア 対象機器 イ 点検項目・内容	今回調達する超電導磁気共鳴診断装置及び周辺機器 一式 MRI内蔵コンピュータ保守 液体ヘリウム充填時の立ち会い業務 既存機能の技術変更 リモートサポート 冷凍機コールドヘッド交換及び保守 シナジーコイル 屋外熱交換器の点検、清掃
---------------------	---
  - ウ 点検回数 年2回以上
  - エ 実施時期 協議の上決定する。
  - (2) オンコール（緊急修理）

受注者は、定期点検のほか、不時の障害等で発注者から呼び出しの連絡を受けたときは、直ちに保守技術員を現地に派遣し、監督員の指示に従い必要な修理を行うものとする。
- 4 負担区分
  - (1) 定期点検  
定期点検に要する費用は、この契約に含むものとする。
  - (2) オンコール  
オンコールに係る費用は、この契約に含むものとする。
  - (3) その他  
この契約に含む修理費用は、免責条件のないフルメンテナンスとする。  
ソフトウェアの障害に対応した修正及びリモートサポートに係る費用は、この契約に含むものとする。
- 5 実施報告書  
受注者は、業務を実施したときは、点検報告書を発注者に提出する。
- 6 その他  
対象期間は、無償保証期間を含む6年間とする。

