

仕 様 書

品 名	除細動装置		
仕 様	◎以下のいずれかの銘柄を納品すること。 【銘柄1】		
	メーカー名	型 式	数量
	旭化成ゾールメディカル	・R Series 除細動器 詳細は【別添1】のとおり	1 式
	【銘柄2】		
	メーカー名	型 式	数量
日本光電工業	・デファイブリレータ TEC-5600シリーズ カルジオライフ TEC-5631 詳細は【別添2】のとおり	1 式	
○ 納品時の動作確認に必要な消耗品類を含めること。 ○ 仕様書に示す製品を納入すること。 ○ 搬入・据付に当たっては、不要となる現有品を撤去し、設置すること。			
納 入 場 所	埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2 埼玉県立小児医療センター 指定場所【 4階 手術室 】		
納 入 期 限	令和3年10月29日(金) ※ ただし、具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする。		
納 入 条件等	1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。 4 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品する物品は新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。		

【別添1】

R Series 除細動器

項目	品番	数量
・ R Series ALS with EP-P	32120000001110300	2台
・ SurePower充電式バッテリー	8019-05350-36	2個
・ VHRSCカート	RS-0006-80	2台
・ マウンティングアダプタ	8000-098-01	2個
・ 記録紙	8000-0302	2個
・ 除細動電極パッド	8900-4006-36	2個
・ コンパクトフラッシュメモリーカード128MB	9143-0001	1個
・ 内部パッド2.5cm スイッチ付	8011-0141-01-36	5個
・ 内部パッド4.0cm スイッチ付	8011-0141-02-36	5個
・ 内部パッド5.0cm スイッチ付	8011-0141-05-36	5個

【別添2】

デファイブリーダー TEC-5600シリーズ カルジオライフ TEC-5631

項目	品番	数量
・ デファイブリーダー	TEC-5631	2台
・ バッテリーパックNKB-301V	X065	2個
・ 架台	KD-561V	2台
・ バスケット	DI-831V	2個
・ SDメモリーカード(2GB)QM-002D	Y154F	2個
・ 内用ハドル25□(SW付)	ND-892V	5個
・ 内用ハドル35□(SW付)	ND-893V	5個
・ 内用ハドル45□	ND-864V	5個