

質問番号	項番	条文	質問	回答
1	入札説明書 3 頁 5(3) 提出書類 ウ	(3) 提出書類(各2部) ア 薬機法第39条の規定に基づく高度管理医療機器等の販売許可を受けていることを証明する書類 イ カタログ、設置図面及び仕様書 ウ 日本語の取扱説明書 エ 作業工程表 オ 保守点検仕様書	取扱説明書に関して、全ての取扱説明書でなく、一部抜粋したものでよろしいでしょうか。	今回の提出では一部抜粋での提出も可能と致しますが、必要に応じて追加の提出をお願いする場合がございます。 また、落札後の導入時には全ての取扱説明書をご用意ください。
2	入札説明書 3 頁 5(3) 提出書類 エ	カ その他必要と認められた書類(法的に必要とされる届出書類)	作業工程表に関して、延べ工程表でよろしいでしょうか。	縦軸に作業項目、横軸に日数を入れた作業工程表をご用意ください。
3	血管撮影システム調達仕様書 6 頁 1-11-1	1-11-1 1024×1024マトリックス以上、最大60f/sec以上のバイプレーンDA画像収集が可能であること。	「1024x1024マトリックス以上」を弊社システムの仕様上、「512x512マトリックス以上」に修正をお願い致します。	「512x512 マトリックス 以上」に修正いたします。
4	血管撮影システム調達仕様書 7頁 1-18-5	1-18-5 動画管理サーバはデータベースはMicrosoft SQL Server 2016相当以上であること。	データベースに関して、「Microsoft SQL Server 2016 又は Filemaker 相当」に修正をお願い致します。	仕様書の通りの対応をお願いします。
5	血管撮影システム調達仕様書 10 頁 1-21-4	1-21 保守点検については以下の要件を満たすこと。 1-21-1 保守の範囲は本機、動画サーバ、ワークステーション、レポートシステムを対象とする。 1-21-2 フルメンテナンスとし、X線管球、フラットパネルディテクタの高額備品も含むこと。 1-21-3 本機の定期点検は年2回とし、平日及び土日祝祭日の365日対応すること。	動画サーバ及びレポートシステムの修理対応については、365日 8:00～21:00 までの受付対応でよろしいでしょうか。	検査に支障を及ぼす故障については、本機に付随する構成機器を含み365日24時間の対応をお願いします。ただし、検査に支障のない構成機器のみの故障については、月～金(祝祭日を除く)の対応をお願いします。
6	血管撮影システム調達仕様書 10 頁 1-21	1-21-4 本機の修理対応については平日及び土日祝祭日の365日、24時間対応すること。 1-21-5 構成機器の修理対応については月～金(祝祭日を除く)対応すること。 1-21-6 本機、サーバ、ワークステーション、レポートシステムとリモート回線を接続し、装置復旧の初期対応ができること。	保守の入札範囲に関して、ソフトウェアの障害に対応した修正・アップデートに係る費用は当然のことながら、機能向上を目的とした基本ソフトウェアのバージョンアップも保守内容に含まれるとの理解でよろしいでしょうか。	機能向上を目的とした基本ソフトウェアのバージョンアップも保守内容に含まれます。