

仕 様 書

品 名	汎用超音波画像診断装置		
仕 様	◎以下の銘柄を納品すること。		
	メーカー名	型 式	数 量
	キャノンメディカルシステムズ	・汎用超音波画像診断装置 Aplio a Verifia 販売名：超音波診断装置 Aplio a CUS-AA000 医療機器承認番号：301ABBZX00001000 * 詳細は、別紙のとおり	1 式
	○ 納品時の動作確認に必要な消耗品類を含めること。 ○ 仕様書に示す製品を納入すること。 ○ 搬入・据付に当たっては、不要となる現有品を撤去し、設置すること。		
納 入 場 所	埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2 埼玉県立小児医療センター 指定場所 【 10階 10B病棟 】		
納 入 期 限	令和4年1月31日(月) ※ ただし、具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする。		
納 入 条 件 等	1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。 4 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品する物品は新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。		

【別紙】

銘柄:キヤノンメディカルシステムズ

項目	品番	数量
・ 超音波診断装置 Aplio a Verifia (本体、23インチ液晶モニタ、キーボード、STC、 DICOMキット、USB通信ケーブル)	CUS-AA000/J3	1 式
・ SMIキット	USMI-AI600A	1 式
・ 周辺機器搭載キット	UZRI-AA000A	1 式
・ セリーウォーマ	UZGW-008A	1 式
・ パームコントローラキット	UZPT-001A	1 式
・ コンベックスプローブ	PVT-475BT	1 式
・ 穿刺用リアプローブ	PLT-308BTP	1 式
・ デジタル白黒プリンタ(DC、有線)	P95D-DC(T)	1 式
・ CWキット	UICW-AA000A	1 式
・ ReferenceSignalキット	UJUR-AA000A	1 式
・ Probe4portキット	USPS-AA000A	1 式
・ プローブホルダキット	UZPH-AA000A	1 式
・ ECG電極リード線	BR-903FT	1 式
・ ファストクリップ(はさみ電極)	NC-144ET	1 式
・ セクタプローブ	PST-25BT	1 式
・ 高周波リアプローブ	PLT-1005BT	1 式