

自動採血管準備装置システムの購入及び保守に関する
質問書に対する回答

令和3年11月5日

質問書の提出がありましたので、以下のとおり回答します。

| |
|---|
| 表 題：仕様書の例示銘柄について |
| 質 問 内 容： 仕様書別紙 例示銘柄① 機器内訳書 8行目 バーコードプリンター規格BC-816が、モデルチェンジで BC-820になるが問題ないか？（同性能同価格である。） |
| 回 答：後継機種のBC-820で支障ありません。 これに伴い、仕様書を差し替えましたので、差し替えたファイルを確認して ください。 |

（担当）

【連絡先】

埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当
電話：048-536-9900 FAX:048-536-9920