

入札公告に対する質問・回答

入札公告: 令和3年11月8日(月)
 質問期限: 令和3年11月12日(金)
 回答期限: 令和3年11月18日(木)

調達案件名	写真撮影装置付き光学顕微鏡
-------	---------------

No	資料・項番	条文	関係頁	質問	回答	回答日
1	仕様書 別紙1	銘柄1 ニコン (以下、項目・品番・数量を示す一 覧 20項目を記載)	仕様-2	仕様書内訳にありませんが、設置台は必要か 不要かご確認をお願いします。 1、顕微鏡設置台(1500×750×900)×1	本装置を設置するための台が必要ですので、 「1、顕微鏡設置台」については、仕様-2の【別紙 1】の表に次の項目を追加します。 (追加) 項目: 顕微鏡設置台 規格: サイズ 1500×750×900 数量: 1個	11/15