

入札公告に対する質問・回答

| No | 項番 | 条文 | 関係頁 | 質問 | 回答 |
|----|----------|---------------------------|-----|---|--|
| 1 | 仕様書別紙1～4 | DICOM接続(富士フィルムメディカル社)について | - | 別紙1,2の機種に関しては「DICOM STORAGE」、別紙3,4に関しては「DICOM Q/R」となっています。このままと受け取って宜しいか、どちらかに統一されるはずのものか、ご回答宜しく願います。 | 「DICOM Q/R」に修正いたします。これに伴い、仕様書を差し替えましたので、差し替えたファイル(別紙1、別紙2、別紙4)を確認してください。 |