

仕 様 書

品 名	卓上遠心機										
<div>①選定銘柄・型式・数量等</div> <table><tr><td>選 定 銘 柄</td><td>型 式</td><td>数 量</td><td>備 考</td></tr><tr><td>久保田商事(株)</td><td>S300T</td><td>1台</td><td>付属品:スイングロータ、チューブラック</td></tr></table> <div>②条件</div> <ul style="list-style-type: none">・ 5ml、7ml、10ml採血管および長さ110mm×径16.5mmのチューブが同一チューブラックで遠心可能な機種であること・ 遠心条件が3つ以上保存可能なこと。・ 400(幅) ×450(奥行)mmのスペースに設置可能であること。・ 電源が100Vで、国際安全規格IEC61010-2-020に準拠した製品であること <div>提案品受付 可 <input checked="" type="radio"/></div>				選 定 銘 柄	型 式	数 量	備 考	久保田商事(株)	S300T	1台	付属品:スイングロータ、チューブラック
選 定 銘 柄	型 式	数 量	備 考								
久保田商事(株)	S300T	1台	付属品:スイングロータ、チューブラック								
納入場所	埼玉県立精神医療センター 検査部 埼玉県北足立郡伊奈町小室818-2 TEL048-723-1111										
納入期限	令和4年2月18日										
納入条件	<div>1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。</div> <div>2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。</div> <div>3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。</div> <div>4 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。</div> <div>5 当該物品は、納入検査完了後 1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。</div> <div>6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。</div> <div>7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。</div> <div>8 納品する物品は、新品であること。</div> <div>9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。</div>										