

仕様書

| 品名 | シリンジポンプ | | | | | | | | |
|-------|--|-----|--|-------|----|----|-----|--|-----|
| 仕様 | <p>◎以下の銘柄を納品すること。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">メーカー名</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">型式</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">テルモ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> •テルフュージョンシリンジポンプ38型 型番:TE-382 投与単位切換機能付き </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">10台</td> </tr> </tbody> </table> | | | メーカー名 | 型式 | 数量 | テルモ | •テルフュージョンシリンジポンプ38型 型番:TE-382 投与単位切換機能付き | 10台 |
| メーカー名 | 型式 | 数量 | | | | | | | |
| テルモ | •テルフュージョンシリンジポンプ38型 型番:TE-382 投与単位切換機能付き | 10台 | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 納品時の動作確認に必要な消耗品類を含めること。 ○ 仕様書に示す製品を納入すること。 | | | | | | | | |
| 納入場所 | 埼玉県北足立郡伊奈町小室780 埼玉県立がんセンター 指定場所 【 3階 臨床工学室 】 | | | | | | | | |
| 納入期限 | 令和4年3月31日(木) ※ ただし、具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする。 | | | | | | | | |
| 納入条件等 | 1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。 4 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品する物品は新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。 | | | | | | | | |