

# 仕 様 書

品 名	人工心肺装置		
仕 様	◎以下の銘柄の品目を納品すること。		
	指定銘柄	規格	数量
	泉工医科工業 人工心肺装置	メラ HASⅢ	1式
○ 納品時の動作確認に必要な消耗品類を含めること。			
納 入 所	埼玉県熊谷市板井1696 埼玉県立循環器・呼吸器病センター新療棟2階 手術室 ME器材室		
納 入 期 限	令和 4 年 3 月 31 日 ( 木 ) ※ただし、具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする(納入期限を納入(搬入)日とする場合もある)。		
納 入 条件等	1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。 4 物品搬入時には当センターの機器、設備、建築物等に必要な養生を施すこと。 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品する物品は、新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。 10 搬入時における搬入車の停止位置および時期、時間については担当者の指示に従うこと。		

## 仕様書別紙

## 【 人工心肺装置 一式 】の内訳書

## ○機器内訳書

銘柄	メーカー	規格	数量	備考
人工心肺装置	泉工医科工業	HASⅢ	一式	
【機器内訳】				
<人工心肺装置>			一式	
ローラポンプリモコン		HASⅢ－PCR	7	
ポンプリモコンケーブル(1500)		HASⅢ－LPC1500	4	
ポンプリモコンケーブル(2500)		HASⅢ－LPC2500	3	
リモコンホルダ3		HASⅢ－AR3	2	
リモコンホルダ4		HASⅢ－AR4	1	
ホルダアーム		HASⅡ－AHA	2	
ホルダアーム 2		HASⅡ－AHA2	1	
リモコンホルダ コンソールタイプ		HASⅢ－ARB	1	
ローラポンプリモコンアダプタ		HASⅢ－ARA	1	
Φ150ポンプヘッド		HASⅢ－P150S	4	
Φ100ポンプヘッド		HASⅢ－P100S	3	
ポンプヘッドケーブル(500)		HASⅢ－LP500	2	
ポンプヘッドケーブル(1000)		HASⅢ－LP1000	2	
ポンプヘッドケーブル(2000)		HASⅢ－LP2000	3	
ポンプバンドセット		HASⅢ－PHB9	1	
ポンプヘッドホルダ(ポール用)		HASⅢ－PHP	4	
ヘッドホルダアダプタ(L)		HASⅢ－PAS	5	
ポンプツマミセット		HASⅢ－PV9	1	
ラベルシール		HASⅢ－SL	1	
ポンプヘッドケーブルチップセット		HASⅢ－LPC9	1	
ポンプリモコンケーブルチップセット		HASⅢ－LRC9	1	
遠心ポンプコントローラ		HASⅢ－CFP	1	
モータユニット(メラ遠心ポンプ用)Aタイプ		HAS－CFP－MA	1	
送血レギュレータ		HASⅢ－REA	1	
脱血レギュレータ		HASⅢ－REV	1	
システムベース		HASⅢ－BS100V	1	
UPSユニット(大容量)		HASⅢ－UPS－D	1	
電源ケーブル(5000)		HASⅡ－LAC5000	1	
サイドポールユニット		HASⅢ－ASP	1	
ポンプ制御ユニット		HASⅢ－PC	7	
ブランクポンプキャップ		HASⅢ－PB	2	
コネクタキャップ		HASⅢ－PCC	1	
マルチコネクタケーブル(2000)		HASⅢ－LM2000	1	
マルチコネクタケーブル(1000)		HASⅢ－LM1000	2	

マルチコネクタケーブル(200)		HASⅢ－LM200	1	
モニタ1		HASⅢ－M1	1	
モニタ2		HASⅢ－M2	1	
モニタ連結バー		HASⅢ－AM2	1	
レベルアッパーセンサー		HAS－EL2－USU	1	
レベルロアーセンサー		HAS－EL2－USL	1	
ポールアーム		HASⅢ－APA	1	
水平ゾンタルバー(ノーマル)		HASⅢ－AHB－N	1	
電源ケーブルホルダ		HASⅡ－HPC	1	
センサケーブルホルダ		HASⅡ－HSC	1	
バブル・フローセンサ(3／8)		HAS－EBA3／8	1	
ケーブル止め		HASⅡ－AK	1	
補助ポールホルダ75		HAS－AJ75BH	2	
補助ポールホルダ200		HAS－AJ200B	2	
補助ポールホルダ100		HAS－AJ100B	1	
補助ポール240		HAS－AP240	2	
補助ポールホルダ水平ゾンタルバー用		HAS－AJH	1	
センサBOX1		HASⅢ－SB1	1	
センサBOX2		HASⅢ－SB2	1	
ブランクパネル3		HASⅢ－S3	1	
空圧BOX1－2		HASⅢ－SBP12	1	
空圧BOX3－4		HASⅢ－SBP34	1	
空圧BOX7－8		HASⅢ－SBP78	1	
システムベース収納BOX		HASⅢ－ACB	1	
天板		HASⅢ－ATU	1	
センサホルダ		HASⅢ－ASH	1	
3軸水平モニターマウントアーム多関節50cm			1	
Multik Monitor		IM700－2	1	
ORSYS改修 人工心肺装置HASⅢ接続			1	
<体外循環用システム(心筋保護液供給システム)>		TRUSYS	一式	
体外循環用システム 本体		TRUSYS HTS－C	1	
ポンプヘッド(Φ100)		HASⅡ－P100S	2	
ポンプヘッドケーブル(250)		HASⅡ－LP250	2	
モニターケーブル(1000)		HAS－LCM1000	1	
オクリュージョンラバー		8色	1	
ツマミリング		8色	1	
補助ポールホルダー 75mm		HAS－AJ75BH	1	
TRUSYS用心肺システム通信ケーブル(5m)		H－LTR5000	1	
以下余白				