

中央材料室業務委託に関する質問・回答(循環器、がん)

No	対応	質問箇所	質問項目	質問	回答
1	循環器・呼吸器病センター	循環器・呼吸器病センター 契約書	第3条 再委託等の禁止	業務全般及び一部の委託は禁止となっておりますが、予め書面にて承認を得られればこの限りでないとなっております。予めとは入札時の事を指しているのでしょうか。また承認を得られるのは、どのような場合でしょうか。	協議は契約締結後から業務実施前までをお願いします。原則、再委託は禁止しており、やむを得ない事情がある場合のみ認めることがあるので事前に示せる事例はありません。その都度、書面で協議をお願いします。
2	循環器・呼吸器病センター	循環器・呼吸器病センター 共通仕様書	3 研修の実施	「乙は業務従事者に対して業務遂行に必要な技術を習得させるため専門的知識を有する者による研修を、業務を開始する事前に実施すること」とは、どのような研修を想定しているか。	検品洗浄から滅菌払い出しまでの工程別の研修や、一般的な感染管理(手洗い・PPE着脱手順など)についての研修を想定しています。
3	循環器・呼吸器病センター	循環器・呼吸器病センター 共通仕様書	13 負担区分	病院側が負担する必要最低限度のものは、電力・ガス・給水及び電話料金以外に、具体的にはどのような物があるか。	ニトリル手袋、マスク、ビニール袋、医療用廃棄物容器、清掃用のペーパータオル、手洗い用石鹸、文房具類など。仕様書を修正し、経費負担区分表を添付するため、「06仕様書(循環器・呼吸器病センター)」のPDFファイルを「06仕様書(循環器・呼吸器病センター)(修正版)」に差し替えました。
4	循環器・呼吸器病センター	循環器・呼吸器病センター 中央材料部門 特記仕様書	1 委託業務の内容 (1) 滅菌等に係る業務 エ 医療材料の作成	想定する作成数を教えてほしい。	月に滅菌している機材数は以下の数です。 病棟使用セット類 50～80個/月程度 病棟単品機材 1400～1900個/月程度 手術セット数 350～500/月程度 手術単品機材数 1500～1900/月程度 外来セット数 15～30/月程度 外来単品数 100～300/月程度
5	循環器・呼吸器病センター	循環器・呼吸器病センター 中央材料部門 特記仕様書	1 委託業務の内容 (1) 滅菌等に係る業務 キ アテストの作成及び判定	どのようにアテストを作成しているか。 またPCDを滅菌機に投入するタイミングを教えてください。	オートクレーブ:アルフレッサファーマネスコスICチャレンジパックを使用。3か所設置 過酸化水素滅菌:運転毎に設置 ホルマリン滅菌:ゲティンゲCI収納チューブ使用 運転毎に設置
6	循環器・呼吸器病センター	循環器・呼吸器病センター 中央材料部門 特記仕様書	1 委託業務の内容 (5) 機器の管理及び運転 エ 各種滅菌器・洗浄器等の月1回の自主点検の実施	全ての点検にかかる所要時間を教えてください。	30分程度です。
7	循環器・呼吸器病センター	循環器・呼吸器病センター 中央材料部門 特記仕様書	2 器材等に係る費用の負担	「乙が提供する器材の修理、維持及び新品への交換等に係る費用は全て乙の負担と責任において行うものとする。」とあるが、乙の提供する器材とはどのようなものがあるか。	職員の健康管理のための体温計

中央材料室業務委託に関する質問・回答(循環器、がん)

No	対応	質問箇所	質問項目	質問	回答
8	循環器・呼吸器病センター	循環器・呼吸器病センター 中央材料部門 特記仕様書	3 業務実施日及び時間 (2) 業務実施時間	午前9時00分から午後5時45分までとなっているが、器材の最終受付時間はどのようになっているか。また業務時間外に返却された器材の処理はどのようになっているか。	最終受け入れ時間は午後5時45分です。業務時間外に返却された器械は病院職員(看護師)が浸漬・もしくは洗浄機に入れます。
9	循環器・呼吸器病センター	循環器・呼吸器病センター 中央材料部門 特記仕様書	3 業務実施日及び時間 (3) 時間外業務	「午後5時45分から1時間延長し、2名で対応する」とあるが、どのような場面で延長になるか。また1時間の延長で業務は終了しているか。	手術機材の洗浄・滅菌後のアテスト等で延長する。午後6時45分までにアテストが終了しない場合には手術室看護師が引き継ぐため、1時間以上の延長はありません。
10	循環器・呼吸器病センター	循環器・呼吸器病センター 中央材料部門 特記仕様書	3 業務実施日及び時間 (3) 時間外業務	17:45～18:45 2名の対応は、毎日か都度か教えてほしい。現契約期間中の頻度を教えてほしい。	現在の手術状況で、1回/週程度です。
11	循環器・呼吸器病センター	循環器・呼吸器病センター 検査受付部門 特記仕様書	前文	「この特記仕様書は、委託業務の概要を示すものであって、現場の状況に応じ、ここに記載されていない事項及び医療業務上甲から依頼された事項についても、誠意をもって行うものとする。」とあるが、ここに記載されていない事項及び医療業務上甲から依頼された事項とはどのようなものがあるか。	現行契約で事例はありません。必要に応じて病院から協議します。
12	がんセンター	がんセンター 契約書	第3条 再委託等の禁止	再委託に関して「甲の書面による承認」とありますが、承認を得る時期は契約時ということでしょうか。	協議は契約締後から業務実施前までをお願いします。
13	がんセンター	がんセンター 契約書	第3条 再委託等の禁止	業務全般及び一部の委託は禁止となっていますが、予め書面にて承認を得られればこの限りでないとなっています。予めとは入札時の事を指しているのでしょうか。また承認を得られるのは、どのような場合でしょうか。	協議は契約締後から業務実施前までをお願いします。原則、再委託は禁止しており、やむを得ない事情がある場合のみ認めることがあるので事前に示せる事例はありません。その都度、書面で協議をお願いします。
14	がんセンター	がんセンター 仕様書	4 基本事項 (2)	「受託者は滅菌管理及び器材管理等に係るシステム(以下「トレーサビリティシステム」という。)について委託者が所有するシステムを使用すること。」とありますが、実際にどのような業務を行っているか。また、経験者などは必要になるか。	トレーサビリティは現在システム化されており、主に刻印と読み込み作業です。病棟・外来部門は長期未回収をシステムで検索しています。トレーサビリティは作業員の実務経験は問いません。
15	がんセンター	がんセンター 仕様書	5 受託者の責務 (4) 業務の履行責任	「200床以上の病院における当該業務の実績を複数施設有することとし、その実績を証明する書類を委託者に提出すること。」とあるが、複数とはどのくらいの数を想定しているか。また、現時点で継続している実績が必要となるか。	複数とは2件以上です。過去5年以内に病床数200床以上の病院で、1年以上の履行実績があるものです。

中央材料室業務委託に関する質問・回答(循環器、がん)

No	対応	質問箇所	質問項目	質問	回答
16	がんセンター	がんセンター 仕様書	5 受託者の責務 (5) 代行保証体制	代行保証契約は落札後の締結で良いか。	問題ありません。
17	がんセンター	がんセンター 仕様書	15 委託業務内容 (1) 業務日及び業務時間等	「常駐時間 中央材料室(3階)平日8:30~19:30」とあるが、器材の最終受付時間はどのようになっているか。また、業務時間外に返却された器材の処理はどのようにしているか。	器材の最終受付時間は19:00です。 業務時間外に返却した器材について ①病棟・外来の時間外返却は受け付けておりません。 ②手術室からの時間外返却は血液除去剤を噴霧してオリーブで覆っておきます。翌日朝に受託者が洗浄滅菌します。
18	がんセンター	がんセンター 仕様書	15 委託業務内容 (1) 業務日及び業務時間等	業務時間は平日8:30~19:30とあるが、手術で使用された器材を洗浄する最終受付時間は何時か。	19:00です。ただし、ダヴィンチ手術が連日ある場合など、ごくまれに19:30に延長していただくことがあります(年間に数日程度)
19	がんセンター	がんセンター 仕様書	15 委託業務内容 (2) 業務内容 オ 不動産管理業務	不動産の調査・集計の実施頻度を教えてほしい。	年に1回です。なお、トレーサビリティシステムで確認が可能です。
20	がんセンター	がんセンター 仕様書	15 委託業務内容 (2) 業務内容 カ 品質管理業務 (コ)	「トレーサビリティシステムを用いた総合的な器材運用と管理」とあるが、トレーサビリティシステムにおける管理対象器材数はどの程度か。	当センターでは病棟・外来・手術室すべての鋼製小物がトレーサビリティで管理しております。 セット:2500 単品:8500
21	がんセンター	がんセンター 仕様書	15 委託業務内容 (2) 業務内容 カ 品質管理業務 (サ)	「手術室内にて器材のカウント、ダブルチェック実施」とあるが、同時に複数の手術が終了した場合も同様の対応が求められるか。	次の手術が控えており、急いでいる場合は同時チェックが必要となりますが、そうでない場合は順に行なっていただきます。
22	がんセンター	がんセンター 仕様書	15 委託業務内容 (2) 業務内容 ケ 器材搬送業務 (工) 手術室への搬送業務	手術中に必要となった器材の手術室への搬送は業務時間内であれば随時対応することになるか。	業務時間内は対応が必要です。(頻度は患者が急変しない限り多くはありません。)
23	がんセンター	がんセンター 仕様書	15 委託業務内容 (2) 業務内容 コ 術式患者別ケースカート供給管理業務	術式患者別ケースカート供給業務について、メニュー数と年間作成数を教えてほしい。	メニュー数:約130 年間作成数:3900回

中央材料室業務委託に関する質問・回答(循環器、がん)

No	対応	質問箇所	質問項目	質問	回答
24	がんセンター	がんセンター 仕様書	15 委託業務内容 (2) 業務内容 サ 術式別借用特殊器材管理	借用特殊器材の昨年度の実績数及び品名(種類)を教えてください。	腫瘍用人工関節システム 髄内釘システム 超音波凝固切開装置(試供) 頭蓋骨再建プレートシステム など 約80件
25	がんセンター	がんセンター 仕様書	15 委託業務内容 (2) 業務内容 サ 術式別借用特殊器材管理	術式別借用特殊器材管理について借用特殊器材の管理はどのように行っているか。また年間何件あるか。	整形外科:業者(メーカーなど)と中央材料室スタッフで読みあわせを行い確認後受領。 その他:手術室看護師が依頼医師と確認して中央材料室へ滅菌依頼する。その後受託者は、洗浄、滅菌、返却を行なう。 年間50~60件
26	がんセンター	がんセンター 仕様書	15 委託業務内容 (2) 業務内容 シ 中央材料室管理外物品への対応 (ア) 依頼滅菌物品業務	依頼滅菌物品業務について洗浄及び消毒のみの依頼はあるか。また年間依頼数を教えてください。	洗浄のみの依頼有り。 検査部:採血トレイ(毎日) ME:メラサキュームの部品(1個/日) 24500件/年
27	がんセンター	がんセンター 仕様書	15 委託業務内容 (2) 業務内容 テ 業務におけるスタッフ教育	業務におけるスタッフ教育について定期的に勉強会を開催とありますが、どのようなものが想定されてますでしょうか?	滅菌技師、滅菌管理士講習会に参加し、その内容を伝達教育する、「医療現場における滅菌保障のガイドライン」に関する勉強会などをお願いします。