

1 一般撮影装置（BENEO）他保守業務仕様書

この仕様書は、一般撮影装置（BENEO）他保守業務（以下「委託業務」という。）の概要を示すものであって、ここに記載されていない細部の事項については、委託者と受託者が協議して決定する。

1 保守対象期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

2 富士デジタルラジオグラフィシステム保守業務

(1) 委託業務の対象機器

- | | | | | |
|---|---------------|------------|-------------|----|
| ア | DR BENEO システム | 2 管球 2 パネル | 設置場所：撮影室（胸） | 一式 |
| イ | DR BENEO システム | 2 管球 2 パネル | 設置場所：撮影室（骨） | 一式 |

(2) 保守内容

ア 定期点検

受託者は、対象機器を常に良好な状態に保つため、年1回定期的に専門技術員を派遣し、定期点検表に基づく点検・調整及び部品交換を行うものとする。点検時期は委託者の指定した平日に実施するものとする。（月曜日～金曜日 9:00～17:40）

イ リモートメンテナンス

受託者は年12回のリモートメンテナンスを実施するものとする。

ウ 随時対応保守

受託者は、定期点検のほか不時の故障時等、委託者から要請があった時は、速やかに専門技術員を派遣し、監督員の指示に従い必要な点検、修理等を行うものとする。対応は月曜日から土曜日の8:00～20:00（但し、年末年始、祝祭日は除く）

エ 修理交換部品

交換修理部品、技術料、訪問料、交通費は対象とする。

ただし、次の特定消耗品及び部品は除く。

- ・ 1 (1) イの機器における X 線管球部
- ・ モニター、パネル電池パック

3 富士デジタルマンモグラフィシステム保守業務

(1) 委託業務の対象機器

- | | | | |
|---|-----------------|------------------------|-----|
| ア | 生検位置決めオプションキット | FDR-2000BPY | 1 台 |
| イ | デジタルマンモグラフィ CAD | MV-SR657EG | 1 台 |
| ウ | 乳房用 X 線診断装置 | FDR MS-2500 (AMULET f) | 1 台 |
| エ | 画像診断ワークステーション | FDR-2000AWS | 1 台 |

(2) 保守内容

ア 定期点検

受託者は、対象機器を常に良好な状態に保つため、年2回定期的に専門技術員を派遣し、定期点検表に基づく点検・調整及び部品交換を行うものとする。点検時期は委託者の指定した平日に実施するものとする。（精度管理代行サービスを含む）

（月曜日～金曜日 9:00～17:40）

イ リモートメンテナンス

受託者は年12回のリモートメンテナンスを実施するものとする。

ウ 随時対応保守

受託者は、定期点検のほか不時の故障時等、委託者から要請があった時は、速やかに専門技術員を派遣し、監督員の指示に従い必要な点検、修理等を行うものとする。対応は月曜日から土曜日の8:00～20:00（但し、年末年始、祝祭日は除く）

エ 修理交換部品

交換部品代は、限度額なく保証する。

4 回診用富士デジタルラジオグラフィシステム保守業務

(1) 委託業務の対象機器

ア	立位座位兼用撮影台画像読取装置	DR CALNEOC1417 Wireless	1台
イ	制御装置	Flex UB レス化キット	1台
ウ	制御装置	Console Advance(MOBILE)	1台
エ	電源供給ユニット	CALNEO Smart(MP)	1台
オ	制御キャビネット	CALNEO Smart(MC)	1台
カ	立位座位兼用撮影台画像読取装置	DR CALNEO Smart C77	1台
(以下、手術室用)			
エ	立位座位兼用撮影台画像読取装置	DR CALNEO Smart C47	1台
オ	制御装置	CALNEO Smart モバイルAP	1台
カ	制御装置	Console Advance(MOBILE)	1台

(2) 保守内容

ア 定期点検

受託者は、対象機器を常に良好な状態に保つため、年1回定期的に専門技術員を派遣し、定期点検表に基づく点検・調整及び部品交換を行うものとする。点検時期は平日(休日を除く)の9時から17時40分の間で委託者と受託者が協議のうえ決定する。

イ 随時対応時保証

受託者は、定期点検のほか不時の故障時等、委託者から要請があった時は、速やかに専門技術員を派遣し、監督員の指示に従い必要な点検、修理等を行うものとする。対応は月曜日から金曜日の8:00~20:00(但し、年末年始、祝祭日は除く)

ウ 修理交換部品

交換修理部品、技術料、訪問料、交通費は対象とする。

ただし、次の特定消耗品は除く。

特定消耗品：モニター、パネル電池パック

エ フラットパネルの交換

立位座位兼用撮影台画像読取装置にて、委託者起因によるパネル故障が生じた場合、部品代は年1回まで受託者負担とする。

5 保守の範囲

次の各項にあげるものは、委託業務に含まないものとする。

- (1) 天災地変等両者の責に帰することのできない原因により生じた修復作業
- (2) 委託者の機器取り扱いの誤りに起因する修復作業。
- (3) 対象機器のオーバーホール(システム変更)
- (4) 機器仕様変更に伴う改造・組替又は移設に関する据付作業。
- (5) 委託者の病院システムの仕様変更に伴う、対象機器の仕様変更。
- (6) ネットワーク関連部品、ケーブル。
- (7) 保守内容に含まれない項目の保守。

6 負担区分

- (1) 保守業務に使用する電力、給水、給湯、ガス等は、委託者の負担とする。
- (2) 保守業務に必要な交換部品(通常パーツ、定期交換部品)は、受託者の負担とする。
- (3) 放射線管理システムの仕様変更に伴う対象機器の仕様変更は委託者の負担とする。