

既存放射線治療装置のアップグレード仕様書

調達物品に備えるべき技術的要件

- | | |
|-----|--|
| 1 | 高精度放射線治療計画装置仕様書の要件を満たすために必要な場合は、既存の放射線治療装置をアップグレードすること。その場合、以下の要件を満たすこと。
＜既存装置＞ <ul style="list-style-type: none">・シナジーアジリティ・トモセラピーHD・ノバリス Tx |
| 1-1 | 照射中に照射野幅を変化させる可変ジョーモード機能が利用できるようにすること。 |
| 1-2 | 既存の操作ワークステーションなどの更新も含めること。 |
| 1-3 | 放射線治療 RIS と接続すること。 |