

一般競争入札に係る質問・回答

入札件名	自動免疫測定装置の賃貸借および検査試薬の購入
公告日	令和4年4月4日
質問	自動免疫測定装置賃貸借仕様書（埼玉県立循環器・呼吸器病センター）について

質問1	調達機器の台数について、運用と将来性を考慮して、2台2機種での提案を行いたいのですが、問題ないでしょうか。その分現行機器の台数を2台削減できます。
回答1	職員の動線を遮る事のないよう、将来連結して生化学免疫複合機となった時においても既定の長さ（搬送ラインから330cm）に収まる事が条件です。

質問2	1.1-2測定方法について、CLEIA法は仕様対象外でしょうか。
回答2	CLEIA法も対象とします。（仕様書修正）

質問3	2.2-4バンコマイシンは現使用の分析装置に架設することは問題ないでしょうか。
回答3	搬送装置に接続されている機種であれば問題ありません。

質問4	3.3-7免疫分析装置は検体搬送システムに接続されていることとありますが、2台の内1台を接続し、もう1台を将来ハイブリット化する際に連結するという事でも問題ないでしょうか。
回答4	現行免疫装置の主機2台は搬送装置に連結しているため、今回の更新機器も2台が連結していることを原則とします。

※自動免疫測定装置賃貸借仕様書（埼玉県立小児医療センター）を一部修正しました。
詳細については「お知らせ」を御確認ください。