

放射線管理区域測定等業務特記仕様書

この業務は、委託業務共通仕様書に基づくほか、この特記仕様書により実施するものとする。

なお、この仕様書は業務の概要を示すものであり、記載のない細部の事項及び解釈に疑義が生じた事項については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする

1 業務場所

埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 8 1 8 番地 2

埼玉県立精神医療センター

2 業務内容

X線発生装置による漏洩線量当量の測定

(1) 測定時期 令和 4 年 8 月、令和 5 年 2 月、令和 5 年 8 月

(2) 測定方法 ルミネスバッジによる測定

(3) 測定場所 20 か所（別紙測定ポイントのとおり）

3 業務の実施及び報告

(1) 実施

受託者は、測定機器の設置及び回収の日時について、委託者と協議して定めることとする。

(2) 報告

受託者は、測定機器の回収後、速やかに測定結果を集計し、所定の様式により委託者に報告する。

4 費用負担

業務に必要な測定機器、事務用消耗品及び用紙類等は、受託者の負担とする。