

仕 様 書

品 名	液体ヘリウム		
仕 様	◎以下の物品を納品すること。		
	品目	規格	数量
	液体ヘリウム	「【別紙】液体ヘリウム仕様書」のとおり	500L
	<p>○ 仕様書に示す製品を納入すること。</p> <p>○ 上記の詳細な納入・設置場所は、落札後、病院と協議の上決定する。</p> <p>○ ガスの供給作業に必要な費用も含めること。</p> <p>○ 納品時の動作確認に必要な消耗品類の費用も含めること。</p>		
納 入 場 所	埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2 埼玉県立小児医療センター【 1階 MRI室 】		
納 入 期 限	<p>令和4年7月31日(日)</p> <p>※ ただし、具体的な納入日時については、落札決定後に担当者と調整し、決定するものとする。</p>		
納 入 条 件 等	<p>1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。</p> <p>2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。</p> <p>3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。</p> <p>4 物品搬入時には当センターの機器、設備、建築物等に必要な養生を施すこと。</p> <p>5 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。</p> <p>6 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。</p> <p>7 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。</p> <p>8 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。及び、作業にあたっては、センター内の環境美化に努め、清掃作業を行うこと。</p> <p>9 納品する物品は、新品であること。</p> <p>10 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。</p> <p>11 搬入時における搬入車の停止位置および時期、時間については県の指示に従うこと。</p>		
担当者	<p>小児医療センター 用度担当 岩井</p> <p>TEL 048-601-2200(代表) FAX 048-601-2201</p>		

【別紙】

液体ヘリウム仕様書

1 納入品の規格等について

- (1) 液体ヘリウムは純度99.995%以上、露点が -65°C 以下のものとし、成分表を現場担当者に提出すること。
- (2) 液体ヘリウム及び液体窒素の容器は非磁性体のものを使用すること。
- (3) 注入に要する液体ヘリウムのトランスファーチューブは装置付属のものを使用すること。
- (4) 注入に必要な加圧用ヘリウムガス(ヘリウムガス用調整器及び容器を含む)は納入者の負担とすること。
- (5) マグネット室内での工具及び運搬具は非磁性体のものを使用し、供給に必要な工具(トランスファーチューブを除く)については、納入者の負担とすること。
- (6) 納入は原則として指定する日に放射線技術部及び設置されている装置のメーカー職員の立会いのもとに行うこと。
- (7) 注入時の諸注意は現場担当者の指示に従うこと。
- (8) 注入に当たっては設置されている装置への納入方法を熟知した者が作業に当たること。
- (9) 対象装置は以下のとおりである。
フィリップス社製: Intera Achieva1.5 NOVA Dual

2 その他

- (1) 納入者は、本契約の履行に当たり、高圧ガス保安法及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等関係法令を遵守し、安全に十分配慮の上、病院と協力し事故防止に努めること。
- (2) 搬入経路、院内各所の必要定数、連休時の対応等、納入に関する詳細な取り決め事項は、病院担当者と協議のうえ決定すること。また、運用の変更に柔軟に対応すること。
- (3) この仕様書に定めのない事項に関しては、発注者、納入者協議の上、定めるものとする。

以上