

仕 様 書

品 名	自動免疫測定システム		
仕 様	◎以下の銘柄を納品すること。 【銘柄】		
	メーカー名	型 式	数 量
	パーキンエルマージャパン	・免疫蛍光測定装置 AutoDELFI A自動免疫測定システム 販売名: AutoDELFI Aプレートプロセッサシステム 品番: 1235-5110 医療機器承認番号: 14B3X90003000001 * 詳細は【別紙1】のとおり。	1 式
○ 既存の受付システムに接続し、データ連携を行うこと。			
○ 納品時の動作確認に必要な消耗品類を含めること。			
○ 仕様書に示す製品を納入すること。			
納 入 場 所	埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2 埼玉県立小児医療センター 指定場所 【 3階 マスクリーニング検査室 】		
納 入 期 限	令和5年3月31日(金) ※ ただし、具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする。		
納 入 条 件 等	1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。なお、搬入車両がある場合は、小児医療センターの地下駐車場を利用すること。ただし、搬入車両の車高が2.8m以上の場合や1時間以上の駐車時間が見込まれる場合は、あらかじめ駐車方法を相談すること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。 4 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品する物品は新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。		

【別紙1】

銘柄: パーキンエルマージャパン

項目	品番	数量
・ AutoDELFIAプレートプロセッサシステム	1235-5110	1 台
・ トランスコンバーター(120V 1.5KV)	JP558015	1 台
・ Wallacレーザープリンター(115V)	2011-0040	1 台
・ 無停電電源装置	オムロン BN150TG4	1 台
【以下余白】		