

仕 様 書

品 名	沈査有形成分分析装置		
仕 様	◎以下のいずれかの銘柄を納品すること。 【銘柄1】		
	メーカー名	型 式	数 量
	アークレイ	・尿沈査分析装置 オーション アイ AI-4510 1台 品番:105320 届出番号:25B1X00001000058 * 別紙1参照	1台
	【銘柄2】		
	メーカー名	型 式	数 量
仕 様	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス	・尿中有形成分分析装置 アテリカUAS800 1台 品番:UAS800 SET11065004 届出番号:13B1X10041000039 ・LIS確認端末(デスクトップPC、他) 1式 * 別紙2参照	1式
	【銘柄3】		
	メーカー名	型 式	数 量
仕 様	東洋紡	・尿中有形成分分析装置 USCANNER premio 1台 品番:QUSM-041 届出番号:25B1X0004US0003 * 別紙3参照	1台
	○ 既存のLISシステムに接続し、データ連携を行うこと。また、測定結果表示・編集画面上に尿定性検査結果を表示する機能を有すること。なお、表示機能が無い場合は、LIS確認端末を併設し、結果を表示する機能を構築すること。		
	○ 納品時の動作確認に必要な消耗品類を含めること。 ○ 仕様書に示す製品を納入すること。 ○ 搬入・据付に当たっては、不要となる現有品を撤去し、設置すること。		
納 入 場 所	埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2 埼玉県立小児医療センター 指定場所 【 3階 血液・一般検査室 】		
納 入 期 限	令和4年12月28日(水) ※ ただし、具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする。		
納 入 条 件 等	1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。なお、搬入車両がある場合は、小児医療センターの地下駐車場を利用すること。ただし、搬入車両の車高が2.8m以上の場合や1時間以上の駐車時間が見込まれる場合は、あらかじめ駐車方法を相談すること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。 4 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品する物品は新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。		

【別紙1】

銘柄1:アークレイ

項目	品番	数量
・ オーション アイ AI-4510 【以下余白】	AI-4510	1 台

【別紙2】

銘柄2:シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス

項目	品番	数量
・ アテリカUAS800(ハンドラー無し)	UAS800 SET11065004	1 台
・ デスクトップPC(LIS端末)		1 式
MKM31/B-B・Win10Pro/11DG・Ci5	PC-MKM31BZFB	
21.5型フルHD液晶	LCDAS224WMI-CD3	
暗号化機能付SSD 256GB	PC-P-HAB25B	
8GBメモリ(4GB×2)	PC-P-MDE80B	
DVD-ROMドライブ	PC-P-C8BD2B	
USB109キーボード&USBレーザーマウス	PC-P-KBEUL7	
標準添付品セット	PC-P-KTE16B	
再セットアップDVD(Win10Pro)	PC-P-BCE16B	
【以下余白】		

【別紙3】

銘柄3:東洋紡

項目	品番	数量
・ USCANNER premio 【以下余白】	QUSM-041	1 台