

## 入札公告に対する質問・回答

入札公告: 令和4年8月15日(月)  
 質問期限: 令和4年8月19日(金)  
 回答期限: 令和4年8月24日(水)

調達案件名	電子天秤
-------	------

No	資料・項番	条文	関係頁	質問	回答	回答日
1	仕様書	<b>【銘柄1】</b> プレミアム電子天びん キュービス・ツー ・Cubis II MCA224S-2S01-I 1台 最大秤量:220g、読取限 度:0.1mg、イナオサー/自動トア付 ・TDP-20用熱転写ロール紙・インクリボン セット(J1- L56006)/通信ケーブル (YCC-D09MF)/モーション センサー (YHS02MS)/ACアダプター(69MS0099) 各1個 ・出荷時JCSS校正証明書 一式	仕様-1	仕様書に記載のTDP-20用熱転写ロール紙で すがメーカーに問い合わせさせていただいたと ころYDP-20用の間違いかと思われます。 またYDP-20用ですと熱転写ではない普通の ロール紙となります。 ご確認をお願い致します。	仕様書の銘柄1の型式を以下のとおり変更しま す。 変更前:TDP-20用熱転写ロール紙 変更後:YDP-20用熱転写ロール紙	8/19
2		仕様-1	ACアダプターの型式にも誤りがありましてYDP- 20のプリンターを使用する際はACアダプター (69MS0099)ではなく、ACアダプター(6971989) に変更が必要となります。 ご確認をお願い致します。	仕様書の銘柄1の型式を以下のとおり変更しま す。 変更前:ACアダプター(69MS0099) 変更後:ACアダプター(6971989)	8/19	