

【別表1】
仕様修正後の構成内容

| | Cannon (Aplio i800) | Philips (EPIQ Elite Diagnostic Ultrasound System) | Fuji (ARIETTA 850 DeepOmsight) | GE (LOGIQ E10s R3) |
|--------|------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 乳腺エラスト | 有 (Elastography+計測キット) | 有 (Strain Elastography) | 有 (Real-time Tissue Elastgraphy) | 有 (Shear Wave Elastgraphy) 腹部・乳腺両方可 |
| 腹部造影 | 無し | 削除 (ContrastGI) | 削除 (Contrast Harmonic Imagingソフト) | 無し |
| バッテリー | 削除 (Batteryユニット) | 削除 (ロングライフバッテリー) | 存在しない | 削除 (Power Assistant) |