

入札公告に対する質問・回答

No	項番	条文	関係頁	質問	回答
1	構成機器内訳 3-1から3-4	腹部コントラストエコーの仕様有無について	-	腹部コントラストエコーの仕様が含まれているメーカーとそうでないメーカーがあると思われれます。仕様書の記載に相違はないでしょうか。	腹部コントラストエコーについては不要のため、該当するメーカーの仕様から削除します。仕様書を差し替えましたので、差し替えたファイル(各銘柄仕様書及び別表1)を確認してください。
2	構成機器内訳 3-1から3-4	乳腺エラストグラフィーの仕様有無について	-	乳腺エラストグラフィーの仕様が含まれているメーカーとそうでないメーカーがあると思われれます。仕様書の記載に相違はないでしょうか。	乳腺エラストグラフィーについては、全ての銘柄の仕様に含まれています。詳しくは、別表1でも確認してください。
3	構成機器内訳 3-1から3-4	バッテリーの搭載について	-	バッテリーを搭載しているメーカーとそうでないメーカーがあるように思われれます。仕様書記載の通りにてお間違いないでしょうか。ご確認を宜しくお願い致します。	富士フィルムヘルスケア社ARIETTA850DeepInsightは仕様上バッテリーが存在していません。これに伴いキヤノンメディカルシステムズ社(Batteryユニット)、フィリップス・ジャパン社(ロングライフバッテリー)、GEヘルスケア・ジャパン社(Power Assistant)を仕様書から削除しました。差し替えたファイル(各銘柄仕様書及び別表1)を確認してください。