

入札公告に対する質問・回答

入札公告: 令和4年11月17日(木)

質問期限: 令和4年11月25日(金)

回答期限: 令和4年12月1日(木)

調達案件名	超音波画像診断装置
-------	-----------

No	資料・項番	条文	関係頁	質問	回答	回答日
1	仕様書 【別紙1】	【内訳】 白黒デジタルビデオプリンタUP-D898MD	仕様-2	GEヘルスケアジャパンのVenue-fitに接続・設置可能なプリンターの品番はUP-D898MDではなく、UP-X898MDとなるためUP-X898MDで入札させていただきます。よろしいでしょうか。	【内訳】に示す「白黒デジタルビデオプリンタ」の品番に誤りがあるので、次のとおり修正する。 正) UP-X898MD 誤) UP-D898MD	11/28