

仕 様 書

品 名	画像診断高精細モニター		
仕 様	◎以下の銘柄を納品すること。		
	メーカー名	型 式	数 量
	EIZO	<b>【内訳】</b> ・21.3型カラーモニター Radiforce RX250 11台 ・21.3型カラーモニター Radiforce RX560-MD 2台	1 式
	○ 既存の電子カルテシステム(NEC)に接続し、PACS(富士フイルム)の医用画像を正確に表示するとともに、モニター品質管理ソフト(富士フイルムPACS内)による装置の一元管理が可能な状態に設置及び設定すること。 ○ 納品時の動作確認に必要な消耗品類を含めること。 ○ 仕様書に示す製品を納入すること。 ○ 搬入・据付に当たっては、不要となる現有品を撤去すること。		
納 入 所	埼玉県北足立郡伊奈町小室780 埼玉県立がんセンター内 指定場所 【 11番外来、放射線治療センター 他 】		
納 入 限	令和 5 年 3 月 31 日(金) ※ただし、具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする。		
納 入 条件等	1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。 4 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品する物品は新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。		

## R4 更新予定モニタ配置一覧

No	階	機種名	台数	部屋	場所
1	1 F	GX540-CL ↓ RX560-MD	2	12 外来診察	12-3（乳腺外科3診）
2	1 F			13 放射線診断	マンモ検査室 2
3	1 F	RX240 ↓ RX250	11	11 外来診察	11-4(口腔外科2診)
4	1 F			15 放射線治療センター	診察室1
5	1 F			15 放射線治療センター	診察室2
6	1 F			15 放射線治療センター	診察室3
7	1 F			15 放射線治療センター	診察室4
8	1 F			15 放射線治療センター	診察室6
9	2 F			20 外来診察	20-2(呼吸器科2診)
10	3 F			HCU	カンファレンス
11	3 F			HCU	スタッフステーション
12	6 F			第 6 病棟（西）	スタッフステーション
13	6 F			第 6 病棟（西）	スタッフステーション
計13台					