

## 入札公告に対する質問・回答

入札公告: 令和4年12月23日(金)

質問期限: 令和5年1月5日(木)

回答期限: 令和5年1月13日(金)

|       |                |
|-------|----------------|
| 調達案件名 | ダブルバルーン内視鏡システム |
|-------|----------------|

| No | 資料・項番 | 条文   | 関係頁  | 質問  | 回答  | 回答日 |
|----|-------|--|------|---|---|-----|
| 1  | 仕様書   | <p>・バルーン小腸内視鏡システム<br/>販売名: ダブルバルーン内視鏡システム<br/>識別子: -580TB-<br/>構成部品: 電子内視鏡EN-580T、オペレーターTS-1314B、バルーンBS-4、バルーンコントローラーPB-30</p> | 仕様-1 | <p>仕様書の構成部品にあるバルーンコントローラーPB-30ですが、識別子-580TB-だとバルーンコントローラーは含まれない品番の為、含まない仕様で入札させて頂いてよろしいでしょうか。<br/>カタログだと※4バルーンコントローラーを含まない構成もありと記載がございます。</p> | <p>仕様書に示す“識別子: -580TB-”は、標準の構成部品として“バルーンコントローラーPB-30”を含まないものであり、構成部品に示す“バルーンコントローラーPB-30”は仕様の誤りであるため、同記述を削除することとし、別紙のとおり、仕様書を変更します。</p> | 1/4 |