

物品調達仕様書

品 名	回診用X線撮影装置 (FPDシステム搭載型)		
仕 様	◎以下の銘柄を納品すること。		
	メーカー名	型 式	数 量
	富士フィルムメディカル株式会社	・回診用X線撮影装置 CALNEO Go puls システム 詳細は、【別紙1】のとおりとする。	1 式
	<input type="radio"/> 納品時の動作確認に必要な消耗品類を含めること。 <input type="radio"/> 仕様書に示す製品を納入すること。 <input type="radio"/> 搬入・据付に当たっては、不要となる現有品を撤去し、設置すること。		
納 入 場 所	埼玉県北足立郡伊奈町小室780 埼玉県立がんセンター 指定場所		
	【 放射線技術部 CT3室 】		
納 入 期 限	令和5年3月31日(金) ※ ただし、具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする。		
納 入 条件等	1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。なお、搬入車両がある場合は、がんセンターの地下駐車場を利用すること。ただし、搬入車両の車高が2.9m以上の場合や1時間以上の駐車時間が見込まれる場合は、あらかじめ駐車方法を相談すること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。 4 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品する物品は新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。		

【別紙1】

銘柄: 富士フイルムメディカル株式会社

項目	品番	数量
・ FUJIFILM DR CALNEO Go PLUS	CALNEO GO+	1
・ ハンドスイッチ増設キットPLUS	CLN GO+ADD HAND SWITCH	1
・ GoPLUS用Bluetoothバーコードリーダーキット	CLN GO+WIRELESS BCR RDR	1
・ 無線LANオプションPLUS	CLN GO+WIRELESS LAN OP	1
・ 無線LANアダプター5.2GHz	WN-AC433UK	1
・ CALNEO Smart C77	DR- I D 1 2 1 2 SE A	1
・ Smart用バッテリーパック	DR1200 SE BATTERY	2
・ グリッド除去処理ソフトウェア	DX CL GPR SWL	1
・ Virtual Gridソフトウェア	DX CL VIRTUAL GRID SWL	1
・ F-RIS接続ソフトウェア	DX CL ORDER ONLINE TST SWL	1
・ ダイナミック処理アップグレードソフトウェア	DX CL DYN VISUAL II UPG SWL	1
・ 接続費 PACS/検像/RIS	MWM/Storage	1
・ 線量測定・届け出	線量測定・届け出	1
・ Flow/Smart共通バッテリーチャージャー	DR1200 SE BATTERY CHARGER B	1
・ Smart用トッキングスタンド	DR-ID 1200 DS	1
・ パネルトッキングスタンド用SEアダプター	DR1200 SE-DS ADAPTER	1
・ 黒化処理ソフトウェア	DX CL SHUTTER-PROC SWL	1
・ コンソール用 電源タップ	CL TAP-WCH2434H	1
・ FCRネットワーク接続ケーブル UTP3M(FD)	NW UTP-STR CBL FD 3M	2
【以下余白】		