

# 仕 様 書

品 名	<b>カーディアックスティムレータ</b>											
仕 様	<p>◎以下の銘柄の品目を納品すること。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">指定銘柄</th> <th style="width: 30%;">規格</th> <th style="width: 30%;">数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>フクダ電子 カーディアックスティムレータ</td><td>BC-2100</td><td>一式</td></tr> <tr> <td colspan="3">物品内訳(仕様書別紙参照)</td></tr> </tbody> </table> <p>○ 納品時の動作確認に必要な消耗品類を含めること。</p>			指定銘柄	規格	数量	フクダ電子 カーディアックスティムレータ	BC-2100	一式	物品内訳(仕様書別紙参照)		
指定銘柄	規格	数量										
フクダ電子 カーディアックスティムレータ	BC-2100	一式										
物品内訳(仕様書別紙参照)												
納 入 所	<p>埼玉県熊谷市板井1696 埼玉県立循環器・呼吸器病センター本館棟2階 血管造影室</p>											
納 入 期 限	<p>令和 5 年 3 月 31 日 ( 金 )</p> <p>※ただし、具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする(納入期限を納入(搬入)日とする場合もある)。</p>											
納 入 条 件 等	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。</li> <li>2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。</li> <li>3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。</li> <li>4 物品搬入時には当センターの機器、設備、建築物等に必要な養生を施すこと。 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復されること。</li> <li>5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。</li> <li>6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。</li> <li>7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。</li> <li>8 納品する物品は、新品であること。</li> <li>9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。</li> <li>10 搬入時における搬入車の停止位置および時期、時間については県の指示に従うこと。</li> </ol>											

仕様書別紙

## 【 カーディアックスティムレータ 一式 】の内訳書

## ○機器内訳書