

## 一般競争入札に係る質問・回答

入札件名	生化学自動分析装置等の賃貸借
公告日	令和5年2月15日
質問	生化学自動分析装置等の賃貸借の仕様書

質問1	埼玉県立小児医療センター様の仕様書について 生化学自動分析装置内の仕様書の技術・障害支援に関する条件に関して、生化学自動分析装置のことで遠心機、薬品保冷庫は関係ない認識でしょうか。
回答1	御認識のとおりです。遠心機、薬品保冷庫は含みません。

質問2	埼玉県立循環器呼吸器病センターの糖尿病検査システム仕様書について 卓上小型遠心機に関して、既存機種2420は、RS-240・0537340の組み合わせで使用されていますが、グルコース専用ベネジェットII VP-FH052K05は、長さが短いため底上げされています。 そのためカタログ上ですとグルコース専用ベネジェットII VP-FH052K0は、0537340に対応しておりませんが、既存機種と同じように底上げする形で提案いたしますがよろしいでしょうか。
回答2	提案どおり、底上げする形での対応をお願いします。

質問3	入札内訳書の記載方法について 1ヵ月当たりの装置賃貸借料に関して、付属品等にも賃貸借料の記載が出来かねます。主たる測定装置の一式の中に付属品等の金額を入れて、合算の1ヵ月当たりの賃貸借料の記載する形で宜しいでしょうか。
回答3	入札説明書どおり、入札内訳書の記載をお願いします。