

# 物品調達仕様書

品 名	病理ホールスライド画像診断補助装置		
仕 様	◎以下の銘柄を納品すること。		
	メーカー名	型 式	数 量
	浜松ホトニクス	・NanoZoomer S360MD 詳細は、【別紙1】のとおりとする。	1 式
	<input type="radio"/> 納品時の動作確認に必要な消耗品類を含めること。 <input type="radio"/> 仕様書に示す製品を納入すること。		
納 入 場 所	埼玉県北足立郡伊奈町小室780番地 埼玉県立がんセンター 指定場所		
	【 組織標本作製室 】		
納 入 期 限	令和5年3月31日(金) ※ ただし、具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする。		
納 入 条件等	1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。なお、搬入車両がある場合は、がんセンターの地下駐車場を利用すること。ただし、搬入車両の車高が2.9m以上の場合や1時間以上の駐車時間が見込まれる場合は、あらかじめ駐車方法を相談すること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。 4 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品する物品は新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。		

【別紙1】

銘柄： 浜松ホトニクス

項目	品番	数量
・ NanoZoomer S360MD SET4 (NanoZoomer S360MD本体、 専用PC、専用モニター、専用架台、梱包輸送費、 保守サポート7年間、二次元バーコード読取りオプション)	システムパッケージ	1 式
周辺機器・接続作業 (内訳)		1 式
無停電装置SMT1500J	APC	2 台
TeraStation TS5410DNシリーズ4ドライブ	バッファロー 24TB RAID5 ホットスペア1	5 台
インテック接続テスト (初期設定、システム連携作業)		1 式
【以下余白】		