

入札公告に対する質問・回答

入札公告: 令和5年3月3日(金)
 質問期限: 令和5年3月6日(月)
 回答期限: 令和5年3月7日(火)

調達案件名	病理ホールスライド画像診断補助装置の購入
-------	----------------------

No	資料・項番	条文	関係頁	質問	回答	回答日
1	物品調達仕様書	項目	2(別紙1)	調達項目「NanoZoomer S360MD SET4」と記載いただいておりますが、正しくはNanoZoomer S360MD」であり、SET4の記述は不要です。念のためお伝えいたします。	物品調達仕様書を修正(「SET4」を削除)しました。	3/7
2	物品調達仕様書	項目	2(別紙1)	NanoZoomer S360MD の構成に保守サポート7年間と記載がございますが、正しくは1年間の無償保証と、無償保証期間終了後6年間の保守契約、合計で7年間のサポートが製品構成に含まれている格好です。保守契約そのものが7年付帯するわけではございませんのでご注意ください。	NanoZoomer S360MDは、導入後1年間が無償保証期間、その後6年の保守契約費用が本体価格に含まれており、保証(サポート)という意味では7年であるとメーカーから説明されています。こちらは表現の違いですので、物品調達仕様書はそのままいたします。	3/7