

生化学分析システム用検査試薬仕様書

品目、予定数量 及び納入期限	別表のとおり なお、納入期限を厳守すること。
納入方法	発注者の指定する日時に依頼数量を次の納入場所に納入すること。
納入場所	循環器・呼吸器病センター 埼玉県熊谷市板井1696番地 がんセンター 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室780番地
納入条件	発注者の指示に従うこと。
試薬に係る条件	性能を損なわないよう適切に管理された試薬であること。 運搬納入時に適切な管理を行うこと。 納入時点で、十分な使用期限を有するものであること。
試薬を使用する機器	<p>【循環器・呼吸器病センター】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日立 LABOSPECT008 ・ロシュ cobas e411-RackPlus <p>【がんセンター】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アボット Alinity I システムC21

生化学分析システム用検査試薬仕様書別表

循環器・呼吸器病センター

※ 納入期限は発注から納入までの日数(土日祝日を含まず)

No.	検査項目	銘柄	包装単位	予定数量	納入期限
1	AST	積水メディカル クオリジェントAST-L	940回	73	7日以内
2	ALT	積水メディカル クオリジェントALT-L	940回	72	7日以内
3	ALP	富士フイルム和光純薬 LタイプワコーALP IFCC	1114回	28	7日以内
4	LAP	富士フイルム和光純薬 LタイプワコーLAP	560回	5	7日以内
5	γ-GTP	積水メディカル クオリジェントγ-GT	980回	56	7日以内
6	LDH	富士フイルム和光純薬 LタイプワコーLD IFCC	1114回	60	7日以内
7	CK	富士フイルム和光純薬 LタイプワコーCK	1212回	60	7日以内
8	CK-MB	富士フイルム和光純薬 LタイプワコーCK-MB mass II	223回	37	7日以内
9	AMY	富士フイルム和光純薬 LタイプワコーアミラーゼAMY-IF	1172回	20	7日以内
10	CHE	富士フイルム和光純薬 LタイプワコーChE	1014回	20	7日以内
11	TP	カイノス アクアオートカイノス TPⅡ試薬	660回	110	7日以内
12	ALB	カイノス アクアオートカイノス ALB試薬	900回	60	7日以内
13	T-Bil	積水メディカル ユニメディT-BIL-LQ	1120回	55	7日以内
14	D-Bil	積水メディカル ユニメディD-BIL-LQ	560回	31	7日以内
15	GLU	積水メディカル クオリジェントGLU-L	940回	6	7日以内
16	T-CHO	日立化成 デタミナーL TCⅡ LST	1040回	25	7日以内
17	TG	日立化成 デタミナーL TGⅡ LST	1040回	25	7日以内
18	HDL-C	日立化成 メタバリードHDL-C LST	1040回	23	7日以内
19	LDL-C	日立化成 メタバリードLDL-C LST	1040回	24	7日以内
20	BUN	シノテスト クイックオートネオBUN HLS	900回	77	7日以内
21	CRE	シノテスト シグナスオートCRE HLS	900回	79	7日以内
22	UA	シノテスト クイックオートネオUAⅡ HLS	900回	60	7日以内
23	Na, k, Cl	積水メディカル 内部標準液B	2L	230	7日以内
24	Na, k, Cl	積水メディカル 希釈液B	2L	120	7日以内
25	Na, k, Cl	積水メディカル 比較電極液	500mL×6	25	7日以内
26	Ca	カイノス アクアオートカイノス Ca試薬	800回	55	7日以内
27	Mg	富士フイルム和光純薬 LタイプワコーMg	536回	10	7日以内
28	IP	日立化成 デタミナーL IPⅡ LST	460回	35	7日以内
29	Fe	日立化成 デタミナーL FE LST	400回	10	7日以内
30	UIBC	日立化成 デタミナーL UIBC LST	400回	10	7日以内
31	CRP	積水メディカル クオリジェントCRP-L	500回	150	7日以内
32	IgG	ニットーボー N-A TIA IgG-SH	400回	5	7日以内
33	IgA	ニットーボー N-A TIA IgA-SH	400回	5	7日以内
34	IgM	ニットーボー N-A TIA IgM-SH	400回	5	7日以内
35	IgE	ニットーボー N-A LA IgE-S	240回	10	7日以内
36	Zn	シノテスト アキュラスオート Zn HLS	400回	5	7日以内
37	RPR	デンカ生研 LASAY オート RPR	440回	15	7日以内
38	C3	ニットーボー N-A TIA C3-SH	400回	5	7日以内
39	C4	ニットーボー N-A TIA C4-SH	400回	5	7日以内
40	RF	ニットーボー N-A LA RF-K	460回	5	7日以内
41	KL-6	積水メディカル ナノビアKL-6-L	400回	35	7日以内
42	U-TP	富士フイルム和光純薬 マイクロTP-AR	624回	5	7日以内
43	トロポニンT	ロシュ エクルーシストロポニンT hs	200回	16	7日以内
44	PCT	ロシュ エクルーシスブラームSPCT v2	100回	38	7日以内
45	NSE	ロシュ エクルーシスNSE	100回	16	7日以内

がんセンター

※ 納入期限は発注から納入までの日数(土日祝日を含まず)

No.	検査項目	銘柄	包装単位	予定数量	納入期限
1	AST	富士フイルム和光純薬 LタイプワコーAST-J2	966回	120	10日以内
2	ALT	富士フイルム和光純薬 LタイプワコーALT-J2	966回	120	10日以内
3	γ-GTP	富士フイルム和光純薬 Lタイプワコーγ-GT-J	872回	92	10日以内
4	ALP	富士フイルム和光純薬 LタイプワコーALP-J2	872回	109	10日以内
5	LDH	富士フイルム和光純薬 LタイプワコーLD-J	872回	121	10日以内

6	CK	富士フイルム和光純薬 LタイプワコーCK	872回	33	10日以内
7	CK-MB	富士フイルム和光純薬 LタイプワコーCK-MB mass	436回	3	10日以内
8	AMY	富士フイルム和光純薬 LタイプワコーAMY・IF	872回	46	10日以内
9	P-AMY	富士フイルム和光純薬 LタイプワコーP-AMY・IF	508回	2	10日以内
10	CHE	富士フイルム和光純薬 LタイプワコーChE・J	966回	21	10日以内
11	TP	富士フイルム和光純薬 LタイプワコーTP	876回	115	10日以内
12	ALB	富士フイルム和光純薬 LタイプワコーALB-BCP	876回	120	10日以内
13	T-Bil	富士フイルム和光純薬 総ビリルビンE-HAテストワコー	872回	121	10日以内
14	D-Bil	富士フイルム和光純薬 直接ビリルビンE-HAテストワコー	508回	73	10日以内
15	T-CHO	積水メディカル コレステストCHO	800回	24	10日以内
16	TG	積水メディカル コレステストTG	800回	23	10日以内
17	HDL-C	積水メディカル コレステストN HDL	800回	12	10日以内
18	LDL-C	積水メディカル コレステストLDL	800回	9	10日以内
19	BUN	富士フイルム和光純薬 LタイプワコーUN・V	872回	127	10日以内
20	CRE	富士フイルム和光純薬 LタイプワコーCRE・M	800回	144	10日以内
21	UA	富士フイルム和光純薬 LタイプワコーUA・M	958回	56	10日以内
22	Na, K, Cl	キャノンメディカル ICTリファレンスソリューション	1Lx1	116	10日以内
23	Glu	積水メディカル ピュアオートS GLU-R	1000回	78	10日以内
24	Ca	富士フイルム和光純薬 LタイプワコーCa	800回	94	10日以内
25	Mg	富士フイルム和光純薬 LタイプワコーMg	536回	17	10日以内
26	IP	富士フイルム和光純薬 Lタイプワコー無機リン	958回	14	10日以内
27	Fe	富士フイルム和光純薬 LタイプワコーFe・N	508回	18	10日以内
28	UIBC	富士フイルム和光純薬 LタイプワコーUIBC	508回	18	10日以内
29	Zn	シノテスト アキュラスオート Zn R1	12mlx2	26	10日以内
30	Zn	シノテスト アキュラスオート Zn R2	5.5mlx2	26	10日以内
31	P-ALB	積水メディカル ピュアオートS プレアルブミン	600回	8	10日以内
32	CRP	富士フイルム和光純薬 LTオートワコーCRP-HS II	968回	107	10日以内
33	RPR	積水メディカル メディエースRPR	400回	19	10日以内
34	IgG	富士フイルム和光純薬 オートワコーIgG・N	352回	12	10日以内
35	IgA	富士フイルム和光純薬 オートワコーIgA・N	428回	10	10日以内
36	IgM	富士フイルム和光純薬 オートワコーIgM・M	428回	10	10日以内