

# 仕 様 書

品 名	薬用冷蔵ショーケース(2台)																												
<p>【仕様】</p> <p>(1)外形寸法は900×650×1870mm以内であること</p> <p>(2)電源は単相100Vかつ15A以内であること</p> <p>(3)ノンフロン冷媒であること</p> <p>(4)+2℃～+14℃の制御範囲が可能であること</p> <p>(5)内容量が550L以上であること</p> <p>(6)高温警報・低温警報・ドア警報等を標準装備していること</p> <p>(7)前面で容易に温度を視認出来ること</p> <p>(8)一部にスライドラック(引出しラック)仕様を有し、棚を手前に引出す事が出来ること</p> <p>(9)納品に際し、現有品のうち1台(薬剤部分)を精神医療センター敷地内の指定場所まで移動すること</p> <p>例示銘柄①</p> <table><tr><td></td><td>銘 柄</td><td>品 名</td><td>型式</td><td>数量</td><td>備考</td></tr><tr><td>本体</td><td>日本フリーザー</td><td>薬用冷蔵ショーケース</td><td>NC-ME50RECHC</td><td>2</td><td>・送料、取付費を含む ・現有品(1台)の敷地内移動費を含む ・現有品の廃棄費用は含まない</td></tr></table> <p>例示銘柄②</p> <table><tr><td></td><td>銘 柄</td><td>品 名</td><td>型式</td><td>数量</td><td>備考</td></tr><tr><td>本体</td><td>PHC</td><td>薬用冷蔵ショーケース</td><td>MPR-S500RH-PJ</td><td>2</td><td>・送料、取付費を含む ・現有品(1台)の敷地内移動費を含む ・現有品の廃棄費用は含まない</td></tr></table> <p>※提案品受付可:期限までに、提案協議書(様式第3号)及び仕様を満たしていることが確認できる資料を提出すること。 (案件概要書「8 提案の受付」を参照)</p> <p>※例示銘柄及び採用された提案品以外での見積は無効とする。</p>							銘 柄	品 名	型式	数量	備考	本体	日本フリーザー	薬用冷蔵ショーケース	NC-ME50RECHC	2	・送料、取付費を含む ・現有品(1台)の敷地内移動費を含む ・現有品の廃棄費用は含まない		銘 柄	品 名	型式	数量	備考	本体	PHC	薬用冷蔵ショーケース	MPR-S500RH-PJ	2	・送料、取付費を含む ・現有品(1台)の敷地内移動費を含む ・現有品の廃棄費用は含まない
	銘 柄	品 名	型式	数量	備考																								
本体	日本フリーザー	薬用冷蔵ショーケース	NC-ME50RECHC	2	・送料、取付費を含む ・現有品(1台)の敷地内移動費を含む ・現有品の廃棄費用は含まない																								
	銘 柄	品 名	型式	数量	備考																								
本体	PHC	薬用冷蔵ショーケース	MPR-S500RH-PJ	2	・送料、取付費を含む ・現有品(1台)の敷地内移動費を含む ・現有品の廃棄費用は含まない																								
納入場所	埼玉県立精神医療センター1階 臨床検査室及び調剤室(各1台) 埼玉県北足立郡伊奈町小室818-2 TEL048-723-1111																												
納入期限	令和5年9月15日 ※ただし、具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする。																												
納入条件	1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。 4 納品時に当センターの機器・設備・建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い・操作方法について、十分な説明・指導を行うこと。 7 搬入に際し発生した梱包材料等は持ち帰ること。 8 納品する物品は新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。																												