

## 入札公告に対する質問・回答

入札公告: 令和5年6月23日(金)

質問期限: 令和5年6月30日(金)

回答期限: 令和5年7月5日(水)

調達案件名	超音波診断機器
-------	---------

No	資料・項番	条文	関係頁	質問	回答	回答日
1	保守点検業務仕様書	2 保守点検内容	保守仕様-1	本件の保守業務の仕様は、フルメンテナンスでよろしいでしょうか。	御推察のとおりです。	6月30日
		4 無償交換部品		メーカーによって保守契約のプランが「プローブの修理は年間●本まで」、「プローブの修理本数の制限は無し(無制限)」と様々なプランがありますが、本件につきましては、プローブの修理本数の制限が無い仕様でよろしいでしょうか。	御推察のとおりです。プローブについては、標準部品の範囲となります。	6月30日