

物品調達仕様書

品 名	超音波診断機器		
仕 様	◎以下のいずれかの銘柄を納品すること。 【銘柄1】		
	メーカー名	型 式	数 量
	GEヘルスケアジャパン	・汎用超音波画像診断装置 LOGIQ E10s ＊詳細は【別紙1】のとおり	1 式
	【銘柄2】		
	メーカー名	型 式	数 量
	キヤノンメディカルシステムズ	・超音波画像診断装置 Aplio i700/Prism Edition ＊詳細は【別紙2】のとおり	1 式
	【銘柄3】		
	メーカー名	型 式	数 量
	フィリップス・ジャパン	・フィリップスジャパン EPIQ Elite Diagnostic Ultrasound System ＊詳細は【別紙3】のとおり	1 式
	○ 納品時の動作確認に必要な消耗品類を含めること。 ○ 仕様書に示す製品を納入すること。		
納 入 場 所	埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2 埼玉県立小児医療センター 指定場所 【 1階 超音波検査室 】		
納 入 期 限	令和5年10月31日(火) ※ ただし、具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする。		
納 入 条件等	1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。なお、搬入車両がある場合は、小児医療センターの地下駐車場を利用すること。ただし、搬入車両の車高が2.8m以上の場合や1時間以上の駐車時間が見込まれる場合は、あらかじめ駐車方法を相談すること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。なお、シーリングペンダント等の配線が必要な場合は、事前に管財担当の了承を得ること。 4 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品する物品は新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。		

【別紙1】

銘柄1:GEヘルスケアジャパン

項目	品番	数量
・ LOGIQ E10s		1 式
【内訳】		
・ モニター	23inch 液晶モニター	1
・ プローブ(コンベックス,セクタ)	C1-6-D,C2-9-D,C3-10-D	1
・ プローブ(リニア)	L2-9-D,ML6-15-D,L6-24-D	1
・ Bモード	cSound Image(フルフォーカス)	1
・ カラードプラ	cSound Color	1
・ コントラストエコー	Coded Contrast Imaging	1
・ エラストグラフィ	Shear Wave Elastography	1
・ データマネジメント	RAWデータ保存対応	1
【以下余白】		

【別紙2】

銘柄2: キヤノンメディカルシステムズ

項目	品番	数量
・ Aplio i700/Prism Edition		1 式
【内訳】		
・ モニター	液晶モニタ(23インチ)	1
・ プローブ(コンベックス,セクタ)	PVI-475BT、PVI-475BX、PVI-482BX	1
・ プローブ(リニア)	PLI-705BX、PLT-1202BT、PLI-1205BX	1
・ Bモード	Bモード対応	1
・ カラードブラ	カラードブラ対応	1
・ コントラストエコー	CHIキット(USHI-AI900A)	1
・ エラストグラフィ	Shear waveキット(USSW-AI900A)	1
・ データマネジメント	データマネジメント対応	1
【以下余白】		

【別紙3】

銘柄3:フィリップス・ジャパン

項目	品番	数量
・ EPIQ Elite Diagnostic Ultrasound System		1 式
【内訳】		
・ モニター	24インチ HD MAXディスプレイ	1
・ プローブ(コンベックス,セクタ)	C5-1/C9-2/mC12-3	1
・ プローブ(リニア)	L12-3/eL18-5/L15-7	1
・ Bモード		1
・ カラー Doppler		1
・ コントラストエコー		1
・ エラストグラフィ	(ストレイン法 SWE法)	1
・ データマネジメント	DICOM ネットワーク対応	1
【以下余白】		