

# 器械備品保守点検業務仕様書

- 1 保守点検対象機器の名称  
超音波診断装置 一式 【循環器科】  
(1) 超音波診断装置（フィリップス EPIQ CVxi Ultrasound System）
- 2 保守点検内容  
(1) 点検項目及び内容  
別添「点検表」のとおり  
\* 「点検表」については、落札者決定後にメーカー標準様式を入手し、契約書に添付するものとする。  
(2) 定期点検回数  
年1回  
(3) 点検実施時期  
別表「支払金額内訳書」のとおり
- 3 オンコールの有無  
有
- 4 無償交換部品  
(1) 標準部品（消耗部品を除く。）  
(2) トランスジューサ（X5-1c、X7-2、L12-3、S12-4、S9-2）  
(3) TEEトランスジューサ（X8-2t、S7-3t、S8-3t）  
\* 種類を問わず年間合計1回まで交換修理
- 5 適用除外事項  
(1) 甲の誤った使用方法、あるいは不本意な取扱いにより生じた故障及び損傷。  
(2) 甲による輸送、移動、落下等による故障及び損傷。  
(3) 災害、地震、風水害、その他の天災地変及び異常電圧、電流による故障及び損傷。  
(4) 甲、乙の協議なしに他の機器と接続するために行った作業、調整及び接続したことにより生じた故障及び損傷。
- 6 その他  
(1) トランスジューサについては、年間2回目以降の交換修理は有償とする。