

# 物 品 調 達 仕 様 書

品 名	超音波診断装置						
仕 様	<p>◎以下の銘柄を納品すること。 【銘柄1】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>メーカー名</th><th>型 式</th><th>数 量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>フィリップス・ジャパン</td><td>           ・超音波診断装置            EPIQ CVxi Ultrasound System            ＊詳細は【別紙1】のとおり         </td><td>1式</td></tr> </tbody> </table> <p>○ 納品時の動作確認に必要な消耗品類を含めること。          ○ 仕様書に示す製品を納入すること。          ○ 搬入・据付に当たっては、不要となる現有品を撤去し、設置すること。</p>	メーカー名	型 式	数 量	フィリップス・ジャパン	・超音波診断装置 EPIQ CVxi Ultrasound System ＊詳細は【別紙1】のとおり	1式
メーカー名	型 式	数 量					
フィリップス・ジャパン	・超音波診断装置 EPIQ CVxi Ultrasound System ＊詳細は【別紙1】のとおり	1式					
納 入 場 所	埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2 埼玉県立小児医療センター 指定場所         【 2階 診察室27(循環器外来) 】						
納 入 期 限	令和6年3月29日(金) ※ ただし、具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする。						
納 入 条 件 等	1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。なお、搬入車両がある場合は、小児医療センターの地下駐車場を利用すること。ただし、搬入車両の車高が2.8m以上の場合や1時間以上の駐車時間が見込まれる場合は、あらかじめ駐車方法を相談すること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。なお、シーリングペンダント等の配線が必要な場合は、事前に管財担当の了承を得ること。 4 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品する物品は新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。						

【別紙1】

銘柄1: フィリップス・ジャパン

項目	品番	数量
・ 超音波診断装置	EPIQ CVxi Interventional CV	1
・ CVクリニカルパッケージ		1
・ 定量解析パッケージ	Cardiac 3D Quantification Q-App	1
	LV用全自動GLSツール	
	LA用全自動GLSツール	
	RV用全自動GLSツール	
	Automated 3D RV Quantification	
	Dynamic heart Model	
・ OLEDディスプレイモニタ		1
・ EchoNavigator R4(US側のみ対応)		1
・ CV TrueVueバンドル (Color及びGlass)		1
・ EPIQ DVDオプション		1
・ ロングライフバッテリーパッケージ		1
・ X5-1c マトリックスアレイトランスジューサ		1
・ X8-2t 経食道トランスジューサー		1
・ X7-2 マトリックスアレイトランスジューサ		1
・ L12-3 ERGO リニアトランスジューサ		1
・ S7-3t 経食道トランスジューサー		1
・ S9-2 セクタトランスジューサ		1
・ S12-4 セクタトランスジューサ		1
・ S8-3t 経食道トランスジューサー		1
・ DICOM接続		1
【以下余白】		