

冷却遠心機仕様書

埼玉県立循環器・呼吸器病センター

1. 調達物品および数量

冷却遠心機 一台 （搬入、設置、配線、調整、撤去等を含む）

（内 訳）

1 冷却遠心機 一台

2. 技術的要求要件の概要

- （1）本調達物品に関わる性能、機能および技術（以下「性能」という）の要求要件（以下「技術的要求要件」という）は下記に示すとおりである。
- （2）技術的要求要件は必須事項である。
- （3）技術的要求要件を満たしていないとの判断がなされた場合は、契約者決定の対象から除外する。
- （4）埼玉県立循環器・呼吸器病センター 本館 2 階 検体検査室に設置する。
- （5）納期期限は 2023 年 12 月 28 日までとする。

3. その他

- （1）機器のうち医療用具に関しては、契約締結時点で薬事法上の医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律に定められている製造の承認を得ている物品であること。
- （2）機器のうち医療用具以外に関しても、原則として契約締結で製品化されていること。

2. 調達物品に備えるべき技術的要件（性能・機能に関する要件）

- 1 本装置は以下の要件を満たすこと。
 - 1－1 5～10mL の採血管を同時に 60～70 本遠心することが可能であること。
 - 1－2 3500rpm での使用が可能であること。
 - 1－3 検体の分離条件（回転数、時間、G）に合わせて遠心分離が出来ること。

1－4 冷却機能を有すること。

1－5 機器の幅が 65cm 以内、奥行き 65cm 以内であること。

3. 設置条件

1－1 設置に伴う工事についてはすべての落札者の負担で行うこと。設置後の調整については十分な調整作業を行い、安全に使用できることを確認する。また取り扱い説明を充分行うこと。

4. 定期点検、調整などに関する条件

1－1 機器が正常に稼働するように、稼働後1年間は無償で点検・調整を行うこと。

1－2 トラブル発生時においては、本機器が診察前検査の検体前処理に関わっているということを十分に認識し、誠意をもった電話対応および緊急出張等を迅速かつ確実に実施すること。

1－3 稼働後1年間定期交換部品および交換部品の費用を含め落札者が全て負担すること。

5. 見積もりに関する条件

1. 見積もりの範囲は以下の通りとする。

1－1 既存品の廃棄費用。

1－2 機器の搬入、据付、調整に必要な経費。

1－6 搬入後1年以内の故障修理および部品交換に係る費用。

1－10 入札に参加を希望する者は薬事法第39条第1項の規定による高度管理医療機器等の賃貸業の許可を受けていることを証明する書類を提出すること。