

仕 様 書

品 名	エマージェンシー・ストレッチャー																		
仕 様	<p>◎以下の仕様の物品を納品すること。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center;">規 格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">寸法</td> <td style="text-align: center;">W77cm × L211cm程度</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">高さ</td> <td style="text-align: center;">最低56～84cm/最高93～117cm程度で調整可能であること。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">安全耐荷重</td> <td style="text-align: center;">250Kg程度</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">マットレス</td> <td style="text-align: center;">厚さ65mm～80mm程度</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">その他</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・水平固定、トレンデレンブルグ、リバーストレンデレンブルグが可能であること。 ・酸素ボンベ、点滴が取り付けられること。 ・ボトムにX線透過素材を使用しており、Cアームの使用が可能であること。 ・4輪同時のロック、解除が可能であること。 ・ベッドサイドレール、患者固定ベルトがあること。 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">数量</td> <td style="text-align: center;">2台</td> </tr> </tbody> </table> <p>◎例示銘柄</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">パラマウントベッド(株)</td> <td style="text-align: center;">エマージェンシー・ストレッチャー KK-8020B</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">アルジヨ・ジャパン(株)</td> <td style="text-align: center;"> ライフガード LG55 ライフガード マットレス LGMAT/10 ライフガード 酸素ボンベホルダー LG/ACC04 IVポール 157003 </td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 納品時の動作確認に必要な消耗品類も含めること。 ○ 現有品2台を撤去し、担当者が指定する場所(当センター敷地内)へ移動すること。 ○ 例示銘柄以外の提案をする場合は、仕様が確認できるカタログ等を提出すること。 (入札公告4(4)参照)</p>		規 格	寸法	W77cm × L211cm程度	高さ	最低56～84cm/最高93～117cm程度で調整可能であること。	安全耐荷重	250Kg程度	マットレス	厚さ65mm～80mm程度	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・水平固定、トレンデレンブルグ、リバーストレンデレンブルグが可能であること。 ・酸素ボンベ、点滴が取り付けられること。 ・ボトムにX線透過素材を使用しており、Cアームの使用が可能であること。 ・4輪同時のロック、解除が可能であること。 ・ベッドサイドレール、患者固定ベルトがあること。 	数量	2台	パラマウントベッド(株)	エマージェンシー・ストレッチャー KK-8020B	アルジヨ・ジャパン(株)	ライフガード LG55 ライフガード マットレス LGMAT/10 ライフガード 酸素ボンベホルダー LG/ACC04 IVポール 157003
	規 格																		
寸法	W77cm × L211cm程度																		
高さ	最低56～84cm/最高93～117cm程度で調整可能であること。																		
安全耐荷重	250Kg程度																		
マットレス	厚さ65mm～80mm程度																		
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・水平固定、トレンデレンブルグ、リバーストレンデレンブルグが可能であること。 ・酸素ボンベ、点滴が取り付けられること。 ・ボトムにX線透過素材を使用しており、Cアームの使用が可能であること。 ・4輪同時のロック、解除が可能であること。 ・ベッドサイドレール、患者固定ベルトがあること。 																		
数量	2台																		
パラマウントベッド(株)	エマージェンシー・ストレッチャー KK-8020B																		
アルジヨ・ジャパン(株)	ライフガード LG55 ライフガード マットレス LGMAT/10 ライフガード 酸素ボンベホルダー LG/ACC04 IVポール 157003																		
納 入 所	埼玉県熊谷市板井1696 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 本館棟 急患室・循環器外来処置室																		
納 入 期 限	令和 6 年 2 月 29 日 (木) ※具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする。																		
納 入 条 件 等	<ol style="list-style-type: none"> 1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。 4 物品搬入時には当センターの機器、設備、建築物等に必要な養生を施すこと。 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品する物品は、新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。 10 搬入時における搬入車の停止位置および時期、時間については担当者の指示に従うこと。 																		