

# 仕 様 書

品 名	薬品冷蔵ショーケース																								
仕 様	<p>◎以下の仕様の物品を納品すること。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>規 格</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>冷却性能</td><td>2℃～14℃</td></tr> <tr> <td>外形寸法</td><td>W460mm × D580mm × H1900mm以内</td></tr> <tr> <td>内形寸法</td><td>W380mm × D477mm × H1333mm以内</td></tr> <tr> <td>内容量</td><td>150～200ℓ程度</td></tr> <tr> <td>扉</td><td>開閉式でガラス窓等により内部が見えること</td></tr> <tr> <td>棚枚数/耐荷重</td><td>5枚/20Kg程度</td></tr> <tr> <td>電源</td><td>単相100V</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>                     ・温度管理が可能であること。                      ・温度表示が可能であること。                      ・高温、低温、ドア開放の警報機能を有していること。                 </td></tr> <tr> <td>数量</td><td>4台</td></tr> </tbody> </table> <p>◎例示銘柄</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>日本フリーザー(株)</td><td>NC-ME15HC</td></tr> <tr> <td>PHC(株)</td><td>MPR-N200H-PJ</td></tr> </tbody> </table> <p>                     ○ 納品時の動作確認に必要な消耗品類も含めること。                      ○ 現有品4台を撤去し、担当者が指定する場所(当センター敷地内)へ移動すること。                      ○ 例示銘柄以外の提案をする場合は、仕様が確認できるカタログ等を提出すること。                      (案件概要書8参照)                 </p>		規 格	冷却性能	2℃～14℃	外形寸法	W460mm × D580mm × H1900mm以内	内形寸法	W380mm × D477mm × H1333mm以内	内容量	150～200ℓ程度	扉	開閉式でガラス窓等により内部が見えること	棚枚数/耐荷重	5枚/20Kg程度	電源	単相100V	その他	・温度管理が可能であること。 ・温度表示が可能であること。 ・高温、低温、ドア開放の警報機能を有していること。	数量	4台	日本フリーザー(株)	NC-ME15HC	PHC(株)	MPR-N200H-PJ
	規 格																								
冷却性能	2℃～14℃																								
外形寸法	W460mm × D580mm × H1900mm以内																								
内形寸法	W380mm × D477mm × H1333mm以内																								
内容量	150～200ℓ程度																								
扉	開閉式でガラス窓等により内部が見えること																								
棚枚数/耐荷重	5枚/20Kg程度																								
電源	単相100V																								
その他	・温度管理が可能であること。 ・温度表示が可能であること。 ・高温、低温、ドア開放の警報機能を有していること。																								
数量	4台																								
日本フリーザー(株)	NC-ME15HC																								
PHC(株)	MPR-N200H-PJ																								
納 入 場 所	埼玉県熊谷市板井1696 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 本館棟 3階東・3階西・4階東・4階西病棟																								
納 入 期 限	令和 6 年 2 月 29 日 ( 木 ) ※具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする。																								
納 入 条件等	1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。 4 物品搬入時には当センターの機器、設備、建築物等に必要な養生を施すこと。 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品する物品は、新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。 10 搬入時における搬入車の停止位置および時期、時間については担当者の指示に従うこと。																								