

EPレコーディングシステム保守業務 委託仕様書

1 対象備品名
Lab System Proシステム一式

2 設置場所
本館棟2階 血管造影室 C

3 委託期間
納入日から5年間（1年間の無償保証期間を含む）

4 実施時期
定期点検は原則2月とする。ただし装置の状況により変更することができる。
作業は平日の勤務時間内とする。

5 保守内容

(1) 定期点検
定期点検については以下の内容を年1回行うこと。

- ① 性能試験（部品の劣化確認含む）
 - ・電気的安全性テスト（Main電源電圧チェック、保護設置抵抗チェック、外装漏れ電流チェック、患者漏れ電流チェック）
 - ・電気的安全性チェック（設置抵抗およびSTIM抵抗チェック、ClearsignAmp起動および機能チェック、ECGおよびBP入力チェックおよびBP校正、正弦波入力テスト、ベースラインノイズテスト）
- ② PCの接続確認
 - ・絶縁トランスおよび接続ケーブル
 - ・ClearsignAmpおよび接続ケーブル
 - ・映像スプリッターおよび接続ケーブル
- ③ 外観確認
 - ・外装のひび割れなどが無いことを確認する。
交換が必要な場合は修理対応とする。
- ④ 劣化部品の交換
 - ・劣化部品があった場合は無償で交換すること。
- ⑤ 設定のバックアップ
 - ・点検時にテンプレート等の設定をCDに保存すること。
- ⑥ 清掃
 - ・Workstation 内部清掃
 - ・ClearsignAmp 内部清掃

(2) 修理対応

修理対応については、以下の内容を必要時に負担すること。

保証範囲はプリンタートナー、DVD メディア以外の消耗品も含むこととする。

- ① 修理用部品代
- ② 修理作業費
- ③ 修理代替機貸出費

6 その他

定期点検、修理対応業務を終了した時は報告書を提出すること。