

仕 様 書

品 名	EPLレコーディングシステム							
仕 様	◎以下の銘柄の品目を納品すること。							
	<table><tr><th>指定銘柄</th><th>規格</th><th>数量</th></tr><tr><td>ボストン・サイエンティフィックジャパン(株) LabSystem PRO (120Channel)</td><td>別紙参照</td><td>一式</td></tr></table>	指定銘柄	規格	数量	ボストン・サイエンティフィックジャパン(株) LabSystem PRO (120Channel)	別紙参照	一式	
指定銘柄	規格	数量						
ボストン・サイエンティフィックジャパン(株) LabSystem PRO (120Channel)	別紙参照	一式						
	○ 納品時の動作確認に必要な消耗品類を含めること。							
納 入 場 所	埼玉県熊谷市板井1696 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 本館棟2階 血管造影室							
納 入 期 限	令和 6 年 3 月 29 日 (金) ※ただし、具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする(納入期限を納入(搬入)日とする場合もある)。							
納 入 条件等	1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。 4 物品搬入時には当センターの機器、設備、建築物等に必要な養生を施すこと。 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品する物品は、新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。 10 搬入時における搬入車の停止位置および時期、時間については当センターの指示に従うこと。							

仕様書別紙

【 EPLコーディングシステム 一式 】の内訳書

○機器内訳書

銘柄	メーカー	規格	数量	備考
LabSystem PRO 120Channel	ボストン・サイエンティフィックジャパン(株)		1	
クリアサインアンプ用コンピューターLS10K	同上		1	
イメージキャプチャーシステムアダプターキット	同上		1	
DVIイメージキャプチャーシステム	同上		1	
CLEARSIGN II Amp 120 Channels	同上		1	
ICジャンクションボックス3M	同上		3	
ECGケーブル	同上		2	
LSPRO アイソレーショントランスフォーマー	同上		1	
プリンターUSBケーブル	同上		1	
RF Filter Module	同上		1	
スティムレーター接続ケーブル	同上	6M・15M	各1	
アナログ Inputケーブル・Outputケーブル	同上		各1	
PC通信用LANケーブル	同上	25ft(7.6M)	1	
PC通信用LANケーブル	同上	50ft(15M)	1	
HDMI 1×2 Distribution video splitter	同上		2	
Mini Display Port to HDMI adapters 3Pack	同上		1	
Cable HDMI M-M	同上	6ft(1.8M)	4	
Cable HDMI Active Optical M-M	同上	50ft(15M)	2	
RS-232ケーブル	同上	50ft(15m)	1	
Null モデムデータケーブル	同上	50ft(15m)	1	
ECGリードワイヤ(グラバータイプ)	同上		2	
電源コード	同上		4	
CARTO 3 ECGケーブル	同上	3M	1	
LCDモニター EIZO FlexScan 21inch	同上		4	
以下余白				