

## 生化学自動分析装置保守点検業務委託仕様書

### 1 業務基準

生化学自動分析装置保守点検業務（以下「業務」という。）は、生化学自動分析装置保守点検業務委託契約書（以下「契約書」という。）に定めるもののほか、生化学自動分析装置保守点検業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）に基づき行うものとする。

### 2 保守対象

生化学自動分析装置「cobas 6000 c501・e601」

### 3 保守点検業務内容

- (1) 契約期間中に2回、メーカーが推奨する定期点検を実施すること。
- (2) 定期点検の日程は予め委託者と調整し、点検計画を提出すること。
- (3) 定期点検の作業可能日は平日のみとする。
- (4) 定期点検はメーカーの定める保守点検チェックリストに基づき、保守対象の点検、調整及び必要に応じて別紙1に定める部品の交換を行うこと。
- (5) 受託者は保守点検業務終了の都度その結果を書面により提出し、委託者の確認を受けるものとする。

### 4 オンコール

故障等により要請があった場合には、直ちに当院へ保守担当者を派遣し、復旧・修理を行うこと。

### 5 負担区分

定期点検及び故障発生時の対応に要した受託者の職員の出張料、技術料及び当該業務の履行に要した工具損料は受託者の負担とする。

### 6 適用除外事項

定期点検交換部品以外は有償とし、委託者に請求するものとする。

### 7 資格要件

受託者は以下の許可を有するものとする。

医療機器修理業許可 特管第8区分：検体検査用機器関連

### 8 その他

受託者は、本件業務の履行に関わる要員が院内に立ち入る際、名札を着用させる。

## 別紙 1

### 定期点検交換部品

#### 『6ヶ月点検サービス交換部品』

- ・KIT MAINTENANCE 6 MONTH COBAS 501
- ・KIT MAINTENANCE MODULAR E

※KIT詳細は別紙参照

#### 『12ヶ月点検サービス交換部品』

- ・KIT MAINTENANCE 6 MONTH COBAS 501
- ・KIT MAINTENANCE MODULAR E
- ・KIT MAINTENANCE 1 YEAR COBAS 501
- ・MEASURING CELL

※KIT詳細は別紙参照