

仕 様 書

品 名	新生児用人工呼吸器		
仕 様	◎以下のいずれかの銘柄を納品すること。 【銘柄1】		
	メーカー名	型 式	数 量
	東機質	・インファントベンチレータ * 詳細は【別紙1】のとおり	2式
	【銘柄2】		
	メーカー名	型 式	数 量
	フクダ電子	・サーボベンチレータシステム * 詳細は【別紙2】のとおり	2式
	○ 納品時の動作確認に必要な消耗品類を含めること。 ○ 仕様書に示す製品を納入すること。		
納 入 場 所	埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2 埼玉県立小児医療センター 指定場所         【 5階 NICU病棟 】		
納 入 期 限	令和6年12月27日(金) ※ ただし、具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする。		
納 入 条 件 等	1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。なお、搬入車両がある場合は、小児医療センターの地下駐車場を利用すること。ただし、搬入車両の車高が2.8m以上の場合や1時間以上の駐車時間が見込まれる場合は、あらかじめ駐車方法を相談すること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。なお、シーリングペンダント等の配線が必要な場合は、事前に管財担当の了承を得ること。 4 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品する物品は新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。		

【別紙1】

銘柄1:東機貿

項目	品番	数量
・ インファントベンチレータ 【構成内訳】		2 式
・ Z6000 SLE6000 本体		2
・ Z6000/HFO ソフトウェアHFO		2
・ Z6000/SLN ソフトウェアシングル回路 nCPAP		2
・ Z6000/VTV ソフトウェアVTV		2
・ Z6000/ITB ソフトウェアIntelliBride		2
・ Z6000/CLP ソフトウェアOxyGenie		2
・ Z6000/NIP ソフトウェアNIPPV Tr		2
・ Z6000/SPO ソフトウェアSpO2		2
・ N6690 トロリー (SLE6000用)		2
・ N6627/212 回路アーム		2
・ N6655 フローセンサーケーブル		2
・ N6622 呼気ブロック		2
・ N2186/RS 呼気ブロック用サイレンサ		2
・ N6627 SLEテストラング		2
・ M0255/97 電源コード		2
・ J-KAWA-AIR-3 耐圧管 (空気、川重、3m)		2
・ J-KAWA-02-3 耐圧管 (酸素、川重、3m)		2
・ N5301/05 ディスポーザブル新生児用フローセンサ		2
・ L6000/SP2/001 SpO2ケーブル		2
・ N3588 SLEバクテリアフィルタ		2
・ 950GJP 加温加湿器		2
・ 950S02 センサーカートリッジ		2
・ 950N82 SLE用熱線入り回路キット		2
・ 950X00 呼気側ヒーターワイヤアダプタ		2
・ 900MR291 ウォーターバッグポールアッセンブリー		2
・ 900MR087 ポールマウンティングブラケット		2
・ TKB-1592944 ソフトコネクター		2
・ 900MR191X MR290円超用吸水チューブ		2
・ フィリップスモニタ接続費		2
【以下余白】		

【別紙2】

銘柄2:フクダ電子

項目	品番	数量
・ サーボベンチレータシステム		2 式
【構成内訳】		
・ SERVO-n 汎用人工呼吸器		2
・ Sa-6693695 モバイルカート		2
・ Sa-6693707 専用ボックス		2
・ Sa-6880548 Yピースホルダー／フック		2
・ 900MR291 ポール曲 1.05m		2
・ 900MR303 レームマウントブラケット		2
・ 900MR088 レールブラケット		2
・ Sa-6693747 ケーブルホルダー		2
・ Sa-Mkhose-02K3 MKホース		2
・ Sa-Mkhose-AirK3 MKホース		2
・ 950GJP F&P950 加温加湿器		2
・ 950S02 F&P950 センサーカートリッジ		2
・ 950X00 F&P950 呼気側ヒータワイヤーアダプター		2
・ 900MR012 ポール直 1m		2
・ Sa-6671467 O2センサ		2
・ Sa-6888011 ソフト(HFOV)		2
・ Sa-6880541 ソフト(BiVent/APRVオプション)		2
・ Sa-6885304 ソフト(ハイローオプション)		2
・ Sa-6672330 Ediモジュール 50Hz		2
・ Sa-6693662 Yセンサモジュール		2
・ Sa-6693750 呼気力セット		2
・ Sa-68880848 サーモシエル呼気力セット		2
・ フィリップスモニタ接続費		2
【以下余白】		