

仕 様 書

品 名	肺機能検査装置		
仕 様	◎以下の銘柄の品目を納品すること。		
	指定銘柄	規格	数量
	チェスト株式会社 肺機能検査システム(CHESTAC－8900α D型)	別紙1参照	一式
仕 様	○ 要求仕様書 別紙2の要求を満たすこと		
	○ 納品時の動作確認に必要な付属品・消耗品類を含めること。		
納 入 場 所	埼玉県熊谷市板井1696 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 生理検査及び指定場所		
納 入 期 限	令和 6 年 10 月 31 日 (木) ※ただし、具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする(納入期限を納入(搬入)日とする場合もある)。		
納 入 条件等	1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。 4 物品搬入時には当センターの機器、設備、建築物等に必要な養生を施すこと。 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品する物品は、新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。 10 搬入時における搬入車の停止位置および時期、時間については当センターの指示に従うこと。		

仕様書別紙

【肺機能検査装置一式】の内訳書

○機器内訳書

銘柄	メーカー	規格	数量	備考
肺機能検査システム	チェスト(株)	CHESTAC-8900 α D型	1	
呼吸管32φ(FV)			2	
呼吸管25φ(FRC)			2	
リモートスイッチ			1	
ボンベ10L 酸素ガス			1	
ボンベ10L 2成分混合ガス			1	
ボンベ10L 4成分混合ガス			1	
ボンベスタンド			1	
ボンベスパナ			1	
シリコングリス			1	
Dマウスピース			6	
スパイロフィルタ999S(スタンダードタイプ)			1	
スパイロフィルタ999M(マウスタイプ)			6	
ノーズクリップ			2	
炭酸ガス吸着剤(1L入り)			1	
シリカゲル橙色(中粒500g)			1	
A4用紙(100枚入)			1	
DVD-Rメディア			1	
電源コード			1	
取扱説明書			1	
呼吸機能情報管理システムCDBS再接続費用			1	
以下余白				

要求仕様書
基本要件
肺機能サーバー(CDBS)との接続が可能なこと
院内既設の現在運用中の生理検査システム(品名:PRM-4000シリーズ、製造メーカー:日本光電工業株式会社)と接続し連携運用が可能なこと
現在ある機器と互換性があること
その他
日本語操作マニュアルを提供すること
本機器、システムの管理者、運用者に取り扱い説明を行うこと