

入札公告に対する質問・回答

入札公告: 令和6年8月30日(金)
質問期限: 令和6年9月5日(木)
回答期限: 令和6年9月10日(火)

調達案件名	外科用イメージ装置Cアームの購入
-------	------------------

No	資料・項番	条文	関係頁	質問	回答	回答日
1	物品調達仕様書	銘柄	仕様-2	サーマルプリンター(例: SONY社製 UP-X898MD等)は今回の入札仕様に含めるという解釈で正しいでしょうか。	今回の入札の仕様には、ご質問いただいた機器は含めないこととさせていただきました。つきましては、仕様書【別紙1】から該当部分を削除いたします。なお、仕様に関する詳細は、補足仕様書のとおりとなります。	9/10