

入札公告に対する質問・回答

入札公告: 令和6年8月30日(金)
 質問期限: 令和6年9月5日(木)
 回答期限: 令和6年9月10日(火)

調達案件名	外科用イメージ装置Cアームの購入
-------	------------------

No	資料・項番	条文	関係頁	質問	回答	回答日
1	物品調達仕様書	銘柄	仕様	接続内容は以下の通りですか？ PACS/検像にDICOM Storage, RDSR対応 RIS とのDICOM MWM.MPP 被ばく線量管理システムでの新規登録	以下のとおりとなります。 ・無線にて機構PACSとDICOM STORAGE接続を行うこと。 ・無線にて機構オーダリングシステムDICOM MWM接続を行うこと。 ・DICOM RDSR、MPPSの出力に対応していること。 ・線量レポートが機構PACS等へ送信可能なこと。 ・機構の被ばく管理線量システムに対応可能な出力であること。 ・不明な点は、放射線技術部と打ち合わせをして行うこと。 以上、既存の運用と同様の接続をお願いします。 追加の詳細資料(補足仕様書)を掲載しますので、そちらをご参照ください。	9/10
2	物品調達仕様書	銘柄	仕様	工事内容はOPE室3F以外に電源が新規に必要な個所があれば場所を明示下さい。	以下のとおりとなります。 ・定期点検・整備用に、既存同様の200V20A専用コンセントを1階に3か所設置すること。 ・費用は落札者が負担すること。 ・工事に関しては、管財担当、放射線技術部と打ち合わせをして行うこと。 (OPE室は既存の電源を使用するため不要。) 追加の詳細資料(補足仕様書)を掲載しますので、そちらをご参照ください。	9/10