

公募型見積合わせに対する質問・回答

入札公告: 令和6年9月11日(水)
 質問期限: 令和6年9月17日(火)
 回答期限: 令和6年9月19日(木)

調達案件名	自動体外式除細動器
-------	-----------

No	質問者	受付日	資料・項番	条文	質問	回答案	担当	回答 予定日
1	セコム株式会社 浦和支社 清川 昭彦	R6.9.17	仕様書	仕様	「日本光電工業製 AED-3151」と記載がありますが、遠隔監視システムは不要の認識でよろしいでしょうか。	御推察のとおりです。	用度担当 小林	9/19
				仕様	キャリングケースについて、AED本体、予備電極パッド、レスキューキットを収納する弊社製のキャリングケースでもよろしいでしょうか。	『日本光電社製AED用キャリングバッグ YC-310V』をお願いします。	用度担当 小林	9/19
				その他	「機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと」とありますが、胸骨圧迫・人工呼吸の手順はAEDに付帯する簡易取扱説明書に図示され、その他に取扱説明書を同梱しており、取扱説明のYouTube動画を用意しています。また、弊社コールセンター(24時間対応)へ連絡いただければ、質問や不明点に詳しくお応えする体制もございます。そのため、現地対応は不要との認識でよろしいでしょうか。 もし、現地対応が必要である場合には、弊社社員がAED本体を展示し、取扱説明書を用いて、具体的にAED使用方法・心肺蘇生法をご説明すればよろしいでしょうか。	必要に応じて機器の取り扱い等の説明を依頼することはありますが、納品時の説明は不要です。	用度担当 小林	9/19