

器械備品保守点検業務仕様書

- 1 保守点検対象機器の名称
超音波診断装置 一式 【循環器科】
(1) 超音波診断装置 Vivid S60N Performance Care (フルメンテナンス)
- 2 保守点検内容
(1) 点検項目及び内容
別添「点検表」のとおり
* 「点検表」については、落札者決定後にメーカー標準様式を入手し、契約書に添付するものとする。
(2) 定期点検回数
年1回
(3) 点検実施時期
別表「支払金額内訳書」のとおり
- 3 オンコールの有無
有
- 4 無償交換部品
(1) 標準部品（消耗部品を除く。）
- 5 適用除外事項
(1) 甲の誤った使用方法、あるいは不本意な取扱いにより生じた故障及び損傷。
(2) 甲による輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
(3) 災害、地震、風水害、その他の天災地変及び異常電圧、電流による故障及び損傷。
(4) 甲、乙の協議なしに他の機器と接続するために行った作業、調整及び接続したことにより生じた故障及び損傷。